

Krosno, dnia 9 września 2013 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów endoskopowych
nr postępowania EZ/214/80/2013**

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Pull” w rozmiarach 20 Fr (6,67 mm) zamiast 18Fr, wykonany z wysokiej jakości silikonu, daje możliwość usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii), zawiera dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca wyposażony w złącze „Y” pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zawiera ponadto: obłożenie z otworem, skalpel, pętlę do przeciągania drutu przez kanał, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt; igła z mandrynem – opakowanie zawiera 2 zestawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr Piotr Czerwiński

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr inż. Joanna Mendocha
SPECJALISTA

mgr inż. Witold Chajec
LEKARZ
SPECJALISTA CHIRURG
5628743