

Krosno, dnia 21 marca 2014 roku

Do wszystkich uczestników postępowania  
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW  
W POSTĘPOWANIU  
na zakup wraz z dostawą materacy zmiennociśnieniowych oraz pomp do materacy**

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy wyrażicie państwo zgodę na wydłużenie terminu realizacji z 21 do 30 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 2. Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy o parametrach:

Typ materaca zmiennociśnieniowy rurowy

Środowisko pracy temp.: +10oC do 40oC wilgotność: 30-75%

Wymiary materaca 190x84x11cm

Zakres ciśnienia 70-120mmHg

Materiał materaca PVC/Nylon

Przepływ powietrza 5-6l/min

Maksymalne obc. 130kg

Czas cyklu 12min

Waga materaca 3,7kg

Waga pompy 1,4kg

Zasilanie 220-230V AC 50 Hz

Bezpiecznik F 500mA 250V

Model pompy TKS2012 Pobór mocy 7W

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.**

Pytanie 3. Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy o parametrach:

Typ materaca zmiennociśnieniowy rurowy

Środowisko pracy temp.: +10oC do 40oC wilgotność: 30-75%

Wymiary materaca 190x84x11cm

Zakres ciśnienia 70-130mmHg

Materiał materaca PVC/NYLON

Przepływ powietrza 6-8l/min

Maksymalne obc. 150kg

Czas cyklu 9min

Waga materaca 3,7kg  
Waga pompy 1,95kg  
Zasilanie 220-230V AC 50 Hz  
Bezpiecznik F 500mA 250V  
Model pompy GM-3100  
Pobór mocy 8W

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 4. Pakiet nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy o parametrach:

Typ materaca zmiennociśnieniowy bąbelkowy  
Środowisko pracy temp: +10°C - 40°C wilgotność: 10% - 90%  
Wymiary materaca 199 x 88 x 8 cm  
Zakres ciśnienia 70-120mmHg  
Materiał materaca PVC  
Przepływ powietrza 5-6l/min  
Maksymalne obciążenie materaca 110kg  
Czas cyklu 12min  
Waga materaca 2,35kg  
Waga pompy 1,4kg  
Zasilanie AC 220V-230V 50Hz Bezpiecznik F 500mA, 250 V  
Model pompy TKS2012 Pobór mocy 7W

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 30 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych i  
Wejwódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
Im. Jana Pawła II w Krośnie  
mgr Renata Czerwik

DZIAŁ ZAMÓWIEN  
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr inż. Joanna Mendocha  
SPECJALISTA

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEN  
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr Monika Koś

*Monika Koś*