

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU

na zakup wraz z dostawą płynów do dializ
Nr postępowania EZ/215/146/2014

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi i zasadę zachowania wolnej konkurencji, wydzieli z pakietu nr 2 pozycje 2 i 5 „Sprzęt do dializy cytrynianowej” i utworzy oddzielny pod pakiet co pozwoli na zaoferowanie wyrobu medycznego w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate, materiałów używanych przez wiele stacji dializ, oddziałów Intensywnej Terapii i ośrodków klinicznych na terenie całego kraju, a dla Zamawiającego takie rozwiązanie będzie korzystne ze względów ekonomicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. Dotyczy załącznik nr 2 formularz cenowy pakiet nr 2 pozycja 2: W związku z dostępnością na rynku zarówno bezwapniowego dializatu nie zawierającego fosforanów jak i z fizjologiczną zawartością fosforanów 1,25 mmol/l czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania w ww. pozycji obu typów bezwapniowego dializatu przeznaczonego do ciągłych terapii nerkozastępczych z antykoagulacją cytrynianową dostarczanego w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego? Dostęp do dializatu z fizjologiczną zawartością fosforanów pozwoli w znaczący sposób ograniczyć koszt terapii pacjenta dzięki uniknięciu konieczności wtórnej substytucji preparatu fosforanowego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3. Dotyczy załącznik nr 2 formularz cenowy pakiet nr 2 pozycja 5: Z uwagi na zmianę opakowania wprowadzoną przez producenta prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie 4% cytrynianu sodu w workach o objętości 1,5 l z jednoczesnym przeliczeniem ogólnie zapotrzebowanej ilości roztworu (200 l) na proponowaną objętość roztworu w worku, czyli 134 sztuki po 1,5 l. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4. W związku z przetargiem oznaczonym numerem sprawy EZ/215/146/2014, Pakiet nr 1, pozycja 2, zwracam się z prośbą o dopuszczenie produktu Cytrynian sodu. Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Cytrynian sodu™ (1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny, 132,1g – cytrynian sodu

jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na⁺ 1352 – Citrate³⁻ 500) w worku stosowany w ciągłej terapii nerkozastępczej (dostosowany do wszystkich urządzeń CRRT) jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5. W związku z przetargiem oznaczonym numerem sprawy EZ/215/146/2014, Pakiet nr 2 Część 2 SPRZĘT DO HEMODIAFILTRACJI HEPARYNOWEJ, pozycja 2 , zwracam się z prośbą o dopuszczenie produktu Citra-HF-Pre do postępowania. Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-HF-PreTM jako rozcieńczony roztwór substytucyjny zawierający w swoim składzie elektrolity i cytrynian sodu (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; oraz cytrynian 13,3 mmol/l) w opakowaniu 5000ml dostosowany do wszystkich urządzeń CRRT jak również dopasowany do wszystkich rodzajów połączeń? (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła) jako kompletną i skuteczną terapię uzasadnioną ekonomicznie co umożliwi mniejsze zużycie krwi, czynników antykoagulacyjnych oraz hemofiltrów? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6. Czy w związku z przetargiem oznaczonym numerem EZ/215/146/2014 pakiet 2 część 1 pozycja 5 dopuszczają Państwo produkt Cytrynian sodu 4%? Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Cytrynian sodu TM (1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny, 132,1g – cytrynian sodu jednowodny, 10,36g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na + 1352 – Citrate 3-500) w worku stosowany w ciągłej terapii nerkozastępczej (dostosowany do wszystkich urządzeń CRRT) jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

UWAGA!

Nowy termin składania ofert w niniejszym postępowaniu: 11.12. 2014 roku godzina 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 11.12.2014 godzina 10:15

Zastępca Wykonawcy
Z poważaniem
Wojewódzkiego Szpitala Położniczego
im. Józefa Patoła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwikowski

DZIAŁ ZAMÓWIENI
PUBLICZNYCH ZAOPATRZENIA
mgr inż. Joanna Mendocha
SPECJALISTA

