

Krosno, dnia 15 września 2015

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI  
IM. PIOTRA PAŃCZA II w Krosnie  
75 400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA  
t./fax 013 43 78 215, 013 43 78 497  
NIP 684-21-20-222, REGON 000308620

Do wszystkich uczestników postępowania

([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl))

### SPROSTOWANIE

**Dot. zawiadomienia o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu na zakup wraz z sukcesywną dostawą sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – nr postępowania EZ/215/73/2015 z dnia 28.08.2015 i 02.09.2015 roku**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje sprostowania w wyjaśnieniach na zapytania Wykonawców z dnia 28.08.2015 roku i 02.09.2015 roku jak następuje:

**JEST:**

Pytanie 16. Dotyczy: Pakiet 1 Czy Zamawiający wymaga aby układy oddechowe do respiratorów Sechrist IV, Sechrist, Fabian, SLE2000 zawierały antybakteryjną powłokę z zawartością jonów srebra, która eliminuje bakterie na powierzchni układu i chroni go przed namnażaniem się mikroorganizmów?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 18. Dotyczy: Pakiet 2.Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby układy oddechowe do Infant Flow zawierały antybakteryjną powłokę z zawartością jonów srebra, która eliminuje bakterie na powierzchni układu i chroni go przed namnażaniem się mikroorganizmów?

**Odpowiedź: TAK.**

Pytanie 21. Dotyczy: Pakiet 3.Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby układy oddechowe do NeoPuff zawierały antybakteryjną powłokę z zawartością jonów srebra, która eliminuje bakterie na powierzchni układu i chroni go przed namnażaniem się mikroorganizmów?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

Pytanie 23. Dotyczy: Pakiet 12.Czy Zamawiający wymaga aby układy oddechowe do AveaCLiO zawierały antybakteryjną powłokę z zawartością jonów srebra, która eliminuje bakterie na powierzchni układu i chroni go przed namnażaniem się mikroorganizmów?

**Odpowiedź: TAK.**

POWINNO BYĆ:

Pytanie 16. Dotyczy: Pakiet 1 Czy Zamawiający wymaga aby układy oddechowe do respiratorów Sechrist IV, Sechrist, Fabian, SLE2000 zawierały antybakteryjną powłokę z zawartością jonów srebra, która eliminuje bakterie na powierzchni układu i chroni go przed namnażaniem się mikroorganizmów?

**Odpowiedź: W związku z rozdzieleniem w dniu 28.08.2015 roku pakietu nr 1 na pakiet nr 1 i 1A Zamawiający wymaga zaoferowania układów oddechowych z powłoką antybakteryjną jedynie w przypadku respiratora transportowego Crossvent. W pozostałych pozycjach pakietu nr 1 i 1A Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układów oddechowych z powłoką antybakteryjną lub bez powłoki antybakteryjnej.**

Pytanie 18. Dotyczy: Pakiet 2. Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby układy oddechowe do Infant Flow zawierały antybakteryjną powłokę z zawartością jonów srebra, która eliminuje bakterie na powierzchni układu i chroni go przed namnażaniem się mikroorganizmów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układów oddechowych z powłoką antybakteryjną lub bez powłoki antybakteryjnej.**

Pytanie 21. Dotyczy: Pakiet 3. Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby układy oddechowe do NeoPuff zawierały antybakteryjną powłokę z zawartością jonów srebra, która eliminuje bakterie na powierzchni układu i chroni go przed namnażaniem się mikroorganizmów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układów oddechowych z powłoką antybakteryjną lub bez powłoki antybakteryjnej.**

Pytanie 23. Dotyczy: Pakiet 12. Czy Zamawiający wymaga aby układy oddechowe do AveaCLiO zawierały antybakteryjną powłokę z zawartością jonów srebra, która eliminuje bakterie na powierzchni układu i chroni go przed namnażaniem się mikroorganizmów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układów oddechowych z powłoką antybakteryjną lub bez powłoki antybakteryjnej.**

Z poważaniem  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ  
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PÓDKARPACKIEGO  
Im. Jana Pawła II w Krośnie

*mgr Piotr Czerwiński*

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ  
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

*mgr Monika Koś*

*Chaniełko*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ  
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

*mgr inż. Joanna Mendocha*  
st. specjalista