

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą echokardiografu - Nr postępowania EZ/215/10/2016**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia: Ad 58. Czy Zamawiający dopuści dostawę najwyższej klasy klinicznej echokardiografu z 12-to miesięczną gwarancją? Zgoda taka pozwoli na znaczne obniżenie ceny urządzenia. Najbardziej racjonalne ze strony zamawiającego jest ubezpieczenie na kolejne lata od wszelkich ryzyk w firmie ubezpieczeniowej, co gwarantuje dokonywanie napraw uszkodzeń spowodowanych przez czynniki losowe lub niewłaściwa obsługa/ konserwację aparatu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2. Par. 5 ust. 1 punkt 1, 2 i 3. W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki (punkt 1 i 2) oraz 10% za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (punkt 3). Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Par. 6 ust. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego zapisu? Jednocześnie wyrażając zgodę na dokonanie ewentualnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ – warunki gwarancji: Ad. 2. Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5. Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ – warunki gwarancji: Ad 3. Prosimy o potwierdzenie, czy w celu naprawy aparatu w Polsce, w przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski, Zamawiający wyrazi zgodę aby czas naprawy aparatu wyniósł do 12 dni

roboczych liczonych od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6. Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ – warunki gwarancji: Ad 3. Prosimy o potwierdzenie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska poprzez wpisanie „Czas naprawy aparatu do znieczulania...” zamiast „Czas naprawy aparatu echokardiograficznego...”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zał. nr 7 w powyższym zakresie.

UWAGA !!!


Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) poprzez wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia poz. nr 49 (głowica kardiologiczna-pediatryczna).

Z poważaniem



KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA


mgr inż. Joanna Mendocha
st. specjalista


mgr Monika Koś

