

Krosno, dnia 22.03.2016 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą echokardiografu - Nr postępowania EZ/215/39/2016**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. dotyczy załącznika "parametry techniczne i funkcjonalne" punkt 22. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat usg posiadający obrazowanie przepływów naczyniowych za pomocą Dopplera Kolorowego oraz Power Dopplera? Nadmieniamy, że tryb niedopplerowskiej metody badania przepływów B-Flow posiada tylko jedna firma na rynku.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2. dotyczy wzoru umowy, paragraf 5 ustęp 1 Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych, o których mowa w paragrafie 5 ustęp 1 umowy do poziomu powszechnie stosowanego poziomu 0,2% (dotyczy paragrafy 5 ustęp 1 pkt 1 wzoru umowy) oraz 0,5 % (dotyczy paragrafy 5 ustęp 1 pkt 2 wzoru umowy). Kary umowne przewidziane we wzorze umowy (odpowiednio 2% i 5%) są stanowczo zbyt wysokie, a konieczność ich w kalkulowania do ceny oferty przez Wykonawcę podniesie cenę zakupu echokardiografu dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ "warunki gwarancji" rozdział I, punkt 2. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w/w punktu z:

" Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 24 GODZIN"

na:

"Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 24 GODZIN w dni robocze."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z uwzględnieniem zgłoszenia pocztą e-mail.

UWAGA!!! Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami dokonuje modyfikacji zał. nr 7 do SIWZ.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
dz. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwiński

1

Wojtaszek
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr inż. Joanna Mendocha
st. specjalista