

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia  
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497  
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 22.06.2016 r.

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu na dostawę spirometru dla Oddziału Dziecięcego nr postępowania EZ/214/64/2016.

**Pytanie:** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nowoczesnego ultradźwiękowego spirometru nie wymagającego kalibracji, kalibruje się automatycznie po każdym badaniu, nie wymaga stacji pogodowej, nie jest wrażliwy na środowisko zewnętrzne. Posiadający wielorazowego użytku spirettę do dezynfekcji oraz dwa rodzaje ustników (ustnik papierowy jednorazowego użytku i ustnik plastikowy wielorazowego użytku) o zakresie pomiaru przepływu +/- 16l/s.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza automatyczną kalibrację pozostałe parametry jak SIWZ.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH  
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie

*Inż. Piotr Masłowski*