

Do wszystkich uczestników postępowania
www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu złożonej przez Wykonawcę:

Pakiet nr 6 – Magnus Medical sp. z o.o., sp. k., ul. M. Kopernika 1G, 55-300 Środa Śląska

2. Zestawienie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przedstawia się następująco:

Pakiet nr 6	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień
MEDEN sp. z o.o. Al. Wyzwolenia 14a/99 00-570 Warszawa	4 598, 69 zł – 60 pkt Termin realizacji: 15 dni – 0 pkt Łącznie: 60 pkt
SURG-TECH Leki i Kucharski Spółka jawna Ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121 61-249 Poznań	7 041, 60 zł – 39, 18 pkt Termin realizacji 5 dni – 40 pkt Łącznie: 79, 18 pkt
Magnus Medical sp. z o.o., sp. k. Ul. M. Kopernika 1G 55-300 Środa Śląska	6 359, 99 zł – 43, 38 pkt Termin realizacji 5 dni – 40 pkt Łącznie: 83, 38 pkt
Zakład Elektroniczny VIDEOMED Ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno Zdrój	7 317, 80 zł – 37, 71 pkt Termin realizacji 15 dni – 0 pkt Łącznie: 37, 71 pkt
NTM MED. Jolanta Krysiak Ul. Wyszyńskiego 154B/1 66-400 Gorzów Wielkopolski	5 616, 00 zł – 49, 13 pkt Termin realizacji 15 dni – 0 pkt Łącznie: 49, 13 pkt

Uzasadnienie wyboru, cena 60%, termin dostawy zamówienia: 40%

3. W zakresie pakiet nr 6 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy DAR-MED. Dariusz Wolski, ul. 1 sierpnia 34a, lok. 51, 02-134 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2)

ustawy Pzp albowiem jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Uzasadnienie faktyczne: W pakiecie nr 6 Zamawiający w poz. nr 2 wymagał zaoferowania „Narzędzie laparoskopowe, kleszcze okienkowe grasper typu Gripper, w połowie delikatnie ząbkowane, obie bransze ruchome, śred. 5 mm, długość 330-340 mm, rączka z zamkiem i blokadą, z możliwością podłączenia do koagulacji, narzędzie 3-częściowe – wkład roboczy, szaft, rączka; rozbieralne, całkowicie autoklawowalne”. W trakcie oceny ofert stwierdzono, że Wykonawca w poz. nr 2 zaoferował narzędzie Stema o numerze katalogowym ED-005-093, które jak wynika z dołączonych do oferty materiałów katalogowych jest narzędziem do operacji jelitowych natomiast typ Gripper, który był wymagany przez Zamawiającego określa inny rodzaj narzędzia w związku z czym należy postanowić jak we wstępie.

4. Jednocześnie na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 Pzp informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp tj. faksem lub drogą elektroniczną, z tym zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej jeżeli w postępowaniu udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma z potwierdzeniem jego czytelności i kompletności, korzystając z przekazanego Państwu wraz z pismem druku – wzorca potwierdzenia na nr faksu 13 43 78 497 lub e-mailem na adres: sezam.szpital@krosno.med.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Eksploatacji
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
Im. Jana Pawła II w Krosnie
mgr Piotr Szewczyk

Z poważaniem

