



Krosno, dnia 25.08.2017 roku

WOJEWÓDZKI SZPIAŁ PODKARPACKI
Wojew. Jana Pawła II w Krosnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
tel./fax 013 43 76 215, 013 43 78 497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308520

www.krosno.med.pl
do wszystkich uczestników postępowania

**Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
– nr postępowania EZ/215/70/2017**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 7: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez zintegrowanego oświetlenia obserwacyjnego z regulowanym natężeniem światła?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 8: Czy Zamawiający dopuści regulację nachylenia materacyka dostępną z wnętrza inkubatora?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 12: Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w przeciwoślepną materacyk z możliwością jego obracania jednak bez możliwości jego podgrzewania? Jest to parametr charakterystyczny dla konkretnego producenta i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 13: Czy Zamawiający dopuści inkubator, w którym promiennik nie pracuje podczas pracy jako inkubator zamknięty?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 5. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 14: Czy Zamawiający dopuści inkubator z manewrem podniesienia kopuły – przejścia pomiędzy otwartym i zamkniętym lub zamkniętym i otwartym w czasie dłuższym niż 2 sekundy?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 6. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 19: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z funkcją komfortu cieplnego umożliwiającą dobór odpowiednich warunków wewnątrz inkubatora względem wieku i wagi pacjenta, natomiast bez trybu autoregulacji nawilżania?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 21: Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji autoczyszczenia nawilżacza?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 22: Czy Zamawiający dopuści inkubator ze specjalnym, wielorazowym zbiornikiem na wodę?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 27,28,29,33,34: Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy bez funkcji opisanych w punktach 27,28,29,33,34? Są to funkcje charakterystyczne dla konkretnego producenta co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do

SIWZ. Do punktu 30: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z funkcją komfortu cieplnego umożliwiającą dobór odpowiednich warunków wewnątrz inkubatora względem wieku i wagi pacjenta zamiast funkcji automatycznego odzwyczajania od inkubatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 40: Czy Zamawiający dopuści inkubator z gniazdem USB dostępnym jedynie do celów serwisowych?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 12. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 47: Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji korygowania zmierzonej masy ciała?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 50: Czy Zamawiający dopuści inkubator bez ramienia do leczenia wytrzewień do tacy materacyka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 51: Czy Zamawiający dopuści ramię do podtrzymywania rur oddechowych mocowane do tacy materacyka?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Czy w celu zapewnienia jak największej higieny Zamawiający będzie wymagał bezdotykowego wyciszania alarmów? Ogranicza to fizyczny kontakt użytkownika z urządzeniem co ograniczy przenoszenie się zakażeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 53: Czy Zamawiający dopuści diagnostyczną lampę diodową bez funkcji doboru barwy światła?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Sekcja Warunki gwarancji, pkt. 2: Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 18. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Sekcja Warunki gwarancji, pkt. 4: Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści tego punktu SIWZ, poprzez nadanie mu następującej postaci: „Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas, wydłużającej się naprawy, tj. czas naprawy przekraczający czas na naprawę określony w umowie”?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 19. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Sekcja Warunki gwarancji, pkt. 11: Prosimy o potwierdzenie, że warunki serwisu pogwarancyjnego regulowane będą oddzielną umową.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 20. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 2: Czy Zamawiający dopuści promiennik z mocą grzewczą 27 mW/cm² z odległości innej niż podana w specyfikacji?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 21. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 5: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaniem temperatury z jednostką co 0,1 st. C w zakresie 30-42st.C?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 22. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 6: Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz mocy grzania w procentach, bez możliwości wyświetlania w postaci świecącego słupka?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 23. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 9: Czy Zamawiający dopuści stoper apgar emitujący dźwięki po 1,5 oraz 10 minutach, bez możliwości włączenia dodatkowego dźwięku w 3 minucie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 24. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 10: Czy Zamawiający dopuści promiennik z wbudowanym jednym stoperem do pomiaru czasu procedur?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 25. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 11: Czy Zamawiający dopuści urządzenia z wysokością regulowaną w zakresie 193-218 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 26. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 12: Czy Zamawiający dopuści materacyk na innej wysokości z możliwością elektrycznej regulacji wysokości jego położenia, z leżem noworodkowym dopasowanym do materacyka o wymiarach 66x48cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 27. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 13: Do punktu 6: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w materacyk o wymiarach 66x48 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 28. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 14: Czy Zamawiający dopuści promiennik nieodchylany, jednak zapewniający brak nagrzewania personelu podczas opieki nad noworodkiem oraz umożliwiający wykonanie zdjęcia RTG?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 29. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 17: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażony w 3 ścianki odchylane z szczelinami pomiędzy nimi umożliwiającymi przepuszczenie przewodów do pacjenta?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 30. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Do punktu 22: Do punktu 3: Czy Zamawiający dopuści regulowane ciśnienie wdechowe w zakresie 0 do 45 cmH₂O oraz z regulacją PEEP przy elemencie T-Piece?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 31. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Sekcja Warunki gwarancji, pkt. 2: Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 32. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Sekcja Warunki gwarancji, pkt. 4: Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści tego punktu SIWZ, poprzez nadanie mu następującej postaci: „*Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas, wydłużającej się naprawy, tj. czas naprawy przekraczający czas na naprawę określony w umowie*”?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 33. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – Załącznik nr 2 do SIWZ. Sekcja Warunki gwarancji, pkt. 11: Prosimy o potwierdzenie, że warunki serwisu pogwarancyjnego regulowane będą oddzielną umową.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 34. Wzór umowy, par 5 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. Dodatkowo przyjęto ograniczenie wysokości kar do poziomu 10%. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35. Pakiet nr 7 - zakup wraz z dostawą 2 szt. fotolamp dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. - **Pkt. 2.** Prosimy o odstąpienie od wymogu światła żółtego. Nie ma bowiem ono potwierdzonej skuteczności w leczeniu żółtaczki.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 36. Pakiet nr 7 - zakup wraz z dostawą 2 szt. fotolamp dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - Pkt. 3 i 4 . Prosimy o dopuszczenie 5 stopniowej regulacji intensywności naświetlania:

- 20 uW /cm²/ nm
- 40 uW /cm²/ nm
- 60 uW /cm²/ nm
- 80 uW /cm²/ nm
- 100 uW /cm²/ nm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 37. Pakiet nr 7 - zakup wraz z dostawą 2 szt. fotolamp dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - pkt. 5. Prosimy o dopuszczenie efektywnej powierzchni naświetlania 50x30 cm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 38. Pakiet nr 7 - zakup wraz z dostawą 2 szt. fotolamp dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pkt. 9. Prosimy o odstąpienie od wymogów określonych w pkt. 9, 15, 16, 17. Parametry takie jak rodzaj stosowanych bezpieczników, rozmiar punktu na wyświetlaczu 0,49 mm x 0,49 mm, odległość między punktami na wyświetlaczu 0,53 mm x 0,53 mm, czy powierzchnia wyświetlania określona z dokładnością do jednego mm (133mm x 39 mm) lub rozdzielczość określona co do jednego piksela (240 x 64 pikseli) wskazują bowiem na konkretny model urządzenia i przyczyniają się do ograniczenia konkurencji. Określenie parametrów w taki sposób nie przekłada na funkcjonalność produktu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 39. Pakiet nr 7 - zakup wraz z dostawą 2 szt. fotolamp dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pkt. 18 Prosimy o dopuszczenie kolorowego wyświetlacza LCD TFT

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40. Pakiet nr 7 - zakup wraz z dostawą 2 szt. fotolamp dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pkt. 19 Prosimy o dopuszczenie miernika natężenia światła wbudowanego w lampę

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 41. Pakiet nr 7 - zakup wraz z dostawą 2 szt. fotolamp dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pkt . 19 Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje aby miernik był wyrobem medycznym – jeśli nie to prosimy o wyrażenie zgody na wyspecyfikowanie go w osobnej pozycji – ze stawką VAT 23% (zgodnie z obowiązującymi przepisami)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42. Pakiet nr 7 - zakup wraz z dostawą 2 szt. fotolamp dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pkt. 20 Prosimy o dopuszczenie poziomu hałasu poniżej 50 dB (zgodnie z obowiązującą normą).

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 43. Pakiet nr 7 - zakup wraz z dostawą 2 szt. fotolamp dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pkt. 21 i 22. Prosimy o dopuszczenie zakresu regulacji wysokości od 135 cm do 165 cm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 44. Pakiet nr 7 - zakup wraz z dostawą 2 szt. fotolamp dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pkt. 22 Prosimy o dopuszczenie odległości słupka od środka lampy na poziomie 50 cm (jest to parametr lepszy ponieważ daje więcej możliwości w zakresie właściwego pozycjonowania lampy)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45. Pakiet nr 7 - zakup wraz z dostawą 2 szt. fotolamp dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pkt. 22 Prosimy o dopuszczenie szerszego zakresu regulacji nachylenia lampy – w zakresie +/- 90 st.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 46. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 7 – zakup wraz z dostawą 2 szt. fotolamp dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę do fototerapii zgodną z poniższym opisem:

	Ogólne
1.	Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu
2.	Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce
	Opis techniczny
3.	Lampa LED
	- terapeutyczne światło niebieskie z 5 stopniową regulacją natężenia
	- obserwacyjne światło białe
4.	Przeznaczona dla pacjentów do 3 miesiąca życia
5.	Emitowane przez lampę światło terapeutyczne o największej intensywności na poziomie 460-490 nm
6.	Lampa wyposażona w niezależne włączniki światła terapeutycznego oraz oświetlającego
7.	Lampa wyposażona w licznik czasu pracy
8.	Możliwość stosowania lampy z inkubatorami otwartymi oraz zamkniętymi
9.	Możliwość mocowania bezpośrednio na kopule inkubatora, na szynie lub na wózku jezdnym
10.	Przystosowana do pracy z radiometrem – wynik pomiaru radiometru wyświetlany na głównym ekranie terapeutycznym
11.	Lampa bez wentylatora do chłodzenia, ciągła obudowa lampy bez otworów
12.	Waga lampy do 1kg
13.	Poziom hałasu w trakcie normalnej pracy maks. 21 dB

14.	Lampa wyposażona w funkcję przesyłania raportu z pracy na USB
15.	Lampa kompatybilna z Medibus.X
16.	Lampa wyposażona w ramię z szybko złączką
17.	Możliwość regulacji kąta padania światła
18.	Długość ramienia min.90cm
19.	Wózek wyposażony jest w 4 blokowane kółka i stojak o regulowanej wysokości

?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 47. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 7 – zakup wraz z dostawą 2 szt. fotolamp dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Czy Zamawiający dopuści aby dostarczony wraz z lampami miernik natężenia światła dokonywał pomiaru natężenia światła w zakresie adekwatnym terapeutycznie tj. 460-490nm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 48. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 7 – zakup wraz z dostawą 2 szt. fotolamp dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Czy w związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi dokumentacji prowadzonej terapii Zamawiający wymaga aby zaoferowana lampa posiadała możliwość eksportu informacji o prowadzonych terapiach na pamięci podłączone do portu USB?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 49. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 7 – zakup wraz z dostawą 2 szt. fotolamp dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Czy w związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi higieny Zamawiający wymaga aby zaoferowana lampa nie posiadała otworów wentylacyjnych – ciągłość obudowy na potrzeby skutecznego czyszczenia?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 50. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. do punktu 50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego ramienia do wytrzewień na zestaw 4 inkubatorów? Dodatkowo proponujemy 4 zestawy akcesoriów do pozycjonowania noworodka.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 51. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą 2 szt. Respiratorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie do punktu 2 Czy przez respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg Zamawiający rozumie wysoce wydajny respirator dla wcześniaków, noworodków i dzieci z możliwością nastawy objętości gwarantowanej pojedynczego oddechu już od 2ml (jest to objętość oddechowa sugerowana dla pacjentów nawet poniżej 500g)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą 2 szt. Respiratorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie do punktu 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z zasilaniem awaryjnym na 30 min i możliwością rozbudowy do 4 h? Zaznaczamy, że czas 30 min. jest absolutnie wystarczający do uruchomienia w szpitalu zasilania awaryjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą 2 szt. Respiratorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie do punktu 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia zasilanego gazami o ciśnieniu 2,7-6,0 bar? Proponowane rozwiązanie nie pogarsza możliwości klinicznych urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą 2 szt. Respiratorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie do punktu 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wadze ok. 25 kg?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 55. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą 2 szt. Respiratorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie do punktu 8 sekcja METODY WENTYLACJI Czy Zamawiający oczekuje objętości gwarantowanej zarówno przypadku wentylacji konwencjonalnej jak i wentylacji wysokimi częstotliwościami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą 2 szt. Respiratorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie do punktu 10 sekcja METODY WENTYLACJI Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator wyposażony w częściowo ciśnieniowy wyzwalacz oddechowy o stałej wartości czułości ciśnieniowej 0,2 cmH₂O współpracujący z regulowanym wyzwalaczem przepływowym? Zapobiega to artefaktom i występowaniu zjawiska autocyklu. Wyzwalacze jednoparametrowe oparte na detekcji ciśnienia nie mają obecnie żadnego zastosowania klinicznego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 57. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą 2 szt. Respiratorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie do punktu 2 sekcja PARAMETRY NASTAWIALNE Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym amplituda ciśnienia wynosi do 90 cmH₂O?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 58. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą 2 szt. Respiratorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie do punktu 3 sekcja PARAMETRY NASTAWIALNE Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o częstotliwości oddechów 0,5-150 odd/min?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 59. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą 2 szt. Respiratorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie do punktu 4 sekcja PARAMETRY NASTAWIALNE Czy Zamawiający dopuści respirator ze stałym przepływem bazowym wynoszącym 6 l/min dla noworodków i 3 l/min dla pacjentów pediatrycznych?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 60. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą 2 szt. Respiratorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie do punktu 5 sekcja PARAMETRY NASTAWIALNE Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parametru lepszego, czyli czasu wdechu regulowanego od 0,1?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 61. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą 2 szt. Respiratorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie do punktu 6 sekcja PARAMETRY NASTAWIALNE Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parametru lepszego, czyli czasu wydechu do 30 s?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą 2 szt. Respiratorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków, Pytanie do punktu 12 sekcja PARAMETRY NASTAWIALNE Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia gdzie funkcja natleniania(preoksygenacji) regulowana jest w formie krotności aktualnie podawanego stężenia tlenu w zakresie (mnożnika) 1-2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 63. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą 2 szt. Respiratorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie do punktu 1 sekcja MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETRÓW WENTYLACJI Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z niezależnym od obudowy respiratora ekranem panoramicznym o przekątnej 17”?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 64. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą 2 szt. Respiratorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie do punktu 7 sekcja WYPOSAŻENIE Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu składającego się z:

- odcinka wdechowego podgrzewanego, dł. 1,2 m, śr. 10 mm.
- odcinka wdechowego niepodgrzewanego,
- odcinka łączącego nawilżacz z respiratorem,
- systemu wspomagającego oddychanie Babyflow plus z 3 końcówkami donosowymi?

Zaoferowany system zapewnia wspomaganie wentylacji nieinwazyjnej, jest kompletny i gotowy do użycia.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 65. Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia) Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą 2 szt. Respiratorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie do punktu 10 sekcja WYPOSAŻENIE Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 10 szt. różnych rozmiarów czapeczek (dostępne w 7 rozmiarach) i/lub opasek na główkę(dostępne w sześciu długościach) do mocowania układu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66. do załącznika nr 6 wzór umowy § 5 ust. 1a. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zmianę zapisu dot. kar umownych na wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu w terminie dostawy i/lub zobowiązań wynikających z warunków gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67. do załącznika nr 6 wzór umowy § 5 ust. 1a Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5 % wartości brutto wskazanej w § 1 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68. dotyczy: Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 1 szt. aparatu USG dla Oddziału Noworodkowego. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych, o których mowa we wzorze umowy, par. 5, ust. 1a do poziomu 0,2%. Podana przez Zamawiającego wartość jest w odczuciu Wykonawcy wartością wygórowaną, natomiast wartość 0,2% jest powszechnie stosowana przez Zamawiających w przypadku umów zawieranych w ramach zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69. Dotyczy Pakiet 6, parametr 2. Pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji zamawiający ma na myśli precyzyjny pomiar z krwi tętniczej, niezaburzony błędnymi wartościami z krwi żyłnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70. Dotyczy Pakiet 6, parametr 2. Czy zamawiający oczekuje pomiaru gdzie precyzja pomiaru pozwala na wychwycenie co najmniej 97% prawdziwych alarmów oraz pominięcie minimum 95% fałszywych alarmów (potwierdzone badaniami klinicznymi).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71. Dotyczy Pakiet 6 – warunki gwarancji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 72. dotyczy §5 ust. 1 pkt. a). Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wartości umowy brutto wskazanej w §1?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG jednego z największych i renomowanych producentów, który oferuje urządzenie fabrycznie nowe, ale z rokiem produkcji w IV kwartale 2016?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 74. Pytanie nr dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 1. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu gdzie „Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000”. Czy Zamawiający dopuści aparat o liczbie procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 600 000? O jakości obrazu nie świadczy tylko ilość kanałów procesowych lecz przede wszystkim ilość kanałów nadawczych TX, gdzie dla aparatów klasy premium ilość kanałów nadawczych TX wynosi min. 192. Wnosimy o zmianę pkt. 14 na „Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 600 000, przy ilości kanałów nadawczych TX min. 192” Pozwoli to lepiej zdefiniować jakość oferowanego aparatu i jest zgodna z wymaganiami dla tej samej klasy aparatów, lub dopuszczenie aparatu z liczbą procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 600 000.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 75. Pytanie nr dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG wyposażony w monitor LCD 19” o rozdzielczości 1280x1024? Wielkość monitora nie decyduje o wielkości obrazu USG pokazywanego na nim. Istotna jest bezwzględna wielkość zajmowanego obrazu, a w naszym przypadku możemy wyświetlić obraz diagnostyczny na prawie całym ekranie gdzie zajmuje on około 90% powierzchni monitora. Powyższe rozwiązanie jest równoważne dla opisanego w siwz monitora panoramicznego. Wnosimy o zmianę wielkości monitora na min. 19”.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 76. Pytanie nr dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 4. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wyposażonego w „Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja: lewo-prawo (+/-180°), góra-dół (15cm), pochył przód – tył (+/-45°);” Czy Zamawiający dopuści żeby

zaoferowany monitor miał możliwość pochyłu przód – tył (-10/+45°), co w pełni wystarcza do ergonomicznej pracy z aparatem?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 77. Pytanie nr dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 6. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wyposażonego w „Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu o przekątnej min. 12””. Wnosimy o dopuszczenie aparatu wyposażonego w panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu o przekątnej 10,4” z możliwością dowolnego wybierania pokazywanych parametrów sterowania aparatu, dzięki czemu jest to rozwiązanie dużo bardziej ergonomiczne.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 78. Pytanie nr 6 dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG jednego z największych i renomowanych producentów posiadający tylko regulację panelu sterowania góra-dół?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 79. Pytanie nr dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG jednego z największych i renomowanych producentów posiadający liczbę obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D 2700 klatek oraz zapis Dopplera 30 sekund?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 80. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z dynamiką systemu 265 dB? Pragniemy zauważyć, że nowoczesne wysokiej klasy aparaty USG wyróżnia dynamika systemu na poziomie powyżej 210 dB, a wymóg na poziomie minimum 300 dB, w żaden sposób nie podnosi jakości diagnostycznej, a jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 81. Pytanie dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG jednego z największych i renomowanych producentów z wybieraną częstotliwością pracy 1 - 18 MHz uzyskiwaną przy pomocy Obrazowania Harmonicznego Różnicowego, które posiada dużo większą rozdzielczość oraz głębokość penetracji niż wymagana fundamentalna (nie harmoniczna) częstotliwość 18 MHz?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 82. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG który posiada zakres regulacji wysokości konsoli 14 cm? Pragniemy zauważyć, że proponowany parametr nie odbiega znacznie od wymaganego. Natomiast pozostanie przy tej wartości w żaden sposób nie podnosi jakości diagnostycznej, a jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 83. Pytanie dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG który posiada zainstalowane zasilania bateryjne pozwalającego na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie 60 sek?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 84. Pytanie dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu, którego maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-mode – wynosi 500 Hz? Należy zauważyć, że ustawienie tego parametru na poziomie już 800 Hz nie daje możliwości pełnej diagnozy, ponieważ przy powyższym ustawieniu pole obrazowania jest tak zawężone, że nie wystarcza na poprawną diagnozę.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 85. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 25. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparat USG który posiada zakres regulacji bramki Dopplerowskiej w zakresie 1 – 20 mm? Pragniemy zauważyć, że w diagnostyce praktycznie nie używa się bramki o wymiarach poniżej 1 mm, pozostanie przy tej wartości w żaden sposób nie podnosi jakości diagnostycznej, a jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 86. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 34. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z „Pracą w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D”. Czy Zamawiający dopuści aparat z 3 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D, dodatkowo aparat wyposażony jest w zaawansowane oprogramowanie Precision Imaging (7 ustawień) poprawiające rozdzielczość oraz rozróżnialność tkanek o bardzo zbliżonej skali szarości. Które w przeciwieństwie do metod używających większą ilość wiązek nie powoduje spowolnienia przetwarzania obrazu a co za tym idzie umożliwia ciągłą pracę nawet przy wysokich ustawieniach parametrów obrazowych.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 87. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 39. Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG który posiada funkcje ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) za pomocą jednego przycisku?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 88. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 44. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada Dopplera fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach od – 22,06 m/s do 0 oraz od 0 do +22,06 m/s (przy zerowym kącie bramki)? Pragniemy zauważyć, że proponowana wartość nie różni się bardzo od wymaganej i w żaden sposób nie obniża jakości diagnostycznej wymaganego aparatu. Pozostanie przy tej wartości jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 89. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 46. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z „Funkcją komunikacji DICOM umożliwiającą pobierania danych z wielu metod obrazowania (umożliwiająca wyświetlanie obrazów DICOM CT, mammograficznych, scyntygramów, MRI i USG —w celu przeglądania tych obrazów w czasie obrazowania w celu bezpośredniego porównania)”. Czy zamawiający dopuści aparat USG bez takiej funkcjonalności? Pragniemy zauważyć, że tak funkcjonalność nie jest praktycznie wykorzystywana w codziennej pracy w szczególności przy pacjentach noworodkowych, ponadto jest ona mocno utrudniona do wykonania na aparacie USG. Do takiego porównania wykorzystywane są specjalistyczne stacje diagnostyczne. O wiele logiczniejsze zastosowanie posiada opcja tzw. Fuzji, dzięki której możemy w czasie rzeczywistym i automatycznie połączyć ze sobą obrazy USG z CT lub MR, którą Zamawiający wymaga w możliwościach rozbudowy, a oferowany aparat posiada.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 90. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 47. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada głowice sektorową pediatryczną o zakresie częstotliwości emitowanych 2.2 – 6.2 MHz? Pragniemy zauważyć, że oferowana zakres nie odbiega znaczenie od wymaganego i jest dostosowany do obrazowania dla oferowanego aparatu w celu uzyskania jak najlepszej jakości diagnostycznej otrzymanego obrazu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 91. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 48. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada głowice sektorową pediatryczną o zakresie częstotliwości emitowanych 2.5 – 9.0 MHz, obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia 90°, (ilość elementów 128), tryby pracy 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy? Pragniemy zauważyć, że oferowany zakres nie odbiega znaczenie od wymaganego i jest dostosowany do obrazowania dla oferowanego aparatu w celu uzyskania jak najlepszej jakości diagnostycznej otrzymanego obrazu.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 92. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 49. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada głowice konweksową (microconvex) szerokopasmową do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości emitowanych aż 3.0 – 11.0 MHz wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej z liczbą elementów 128 i kącie widzenia 110°? Pragniemy zauważyć, że oferowana technologia jest unikalna i dostosowana do uzyskania obrazów diagnostycznych o jak najlepszej rozdzielczości.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 93. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 50. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada głowice liniową wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej z liczbą elementów 192 i długością czoła 38 mm z możliwością zastosowania przystawki biopsyjnej? Pragniemy zauważyć, że oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od wymaganej, a długość głowicy lepiej sprawdza dla pacjentów z oddziału dziecięcego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 94. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 51. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice convex wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej z liczbą elementów 192? Pragniemy zauważyć, że oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od wymaganej. Pozostanie przy tej wartości jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 95. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 52. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który nie posiada możliwość rozbudowy o głowice przezprzetykową matrycową? Pragniemy zauważyć, że opisana głowica nie jest wykorzystywana do badań noworodkowych i nie będzie aparat o nią rozbudowywany, pozostanie przy tym wymogi w żaden sposób nie podnosi jakości diagnostycznej, a jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 96. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 53. Zamawiający wymaga możliwość rozbudowy o tryb: „Elastografia typu Shear Wave do zastosowanie w badaniach brzusznych na głowicy konweksowej”. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby opcja elastografii fali poprzecznej tzw. Shear Wave w celu poprawy jakości oferowanego aparatu i szerszej diagnostyki, funkcjonowała również na zaoferowanej głowicy: liniowej, możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 54. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice sektorową do badań kardiologicznych i transkranialnych TCD wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej z liczbą elementów 96 i zakresie częstotliwości emitowanych 1,4 - 4,8 MHz? Pragniemy zauważyć, że oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od wymaganej, a zakres częstotliwości nie znacznie odbiega od wymaganego. Pozostanie przy tej wartości jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 98. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 55. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice przezprzetykową pediatryczną o zakresie pracy 2,2 – 6,6 MHz? Pragniemy zauważyć, że oferowany zakres nie odbiega znaczenie od wymaganego i jest dostosowany do obrazowania dla oferowanego aparatu w celu uzyskania jak najlepszej jakości diagnostycznej otrzymanego obrazu. Pozostanie przy tej wartości jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 99. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 57 Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który:

- nie posiada możliwość rozbudowy o możliwość pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej (TMAD) do śledzenia i obliczania krzywych odkształceń pierścienia
- posiada możliwość rozbudowy o oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate metodą Speckle Tracking
- nie posiada możliwości rozbudowania o oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo oraz oprogramowanie do kardiologicznego Ebadania LVO z użyciem środków kontrastujących o niskim indeksie

Powyższe technologie są unikalne dla jednego producenta i nie mogą być spełnione przez większość producentów aparatów USG dostępnych na Polskim rynku. Opisane wymogi są wymienione w opcjach rozbudowy systemu i nie będą wykorzystywane do badań noworodków. Pozostanie przy tych wymogach jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 100. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 58. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice convex o ilości elementów 192 wykonane w technologii BT równoważnej głowicom matrycowym; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) 2.5 – 9.2 MHz, Kąt widzenia 65°; Możliwość zastosowania plastikowej przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne? Opisane wymogi są wymienione w opcjach rozbudowy systemu i nie będą wykorzystywane do badań noworodków. Pozostanie przy tych wymogach jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 101. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 59. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice liniową wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej z liczbą elementów 192? Pragniemy zauważyć, że oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od wymaganej. Pozostanie przy tych wymogach jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 102. dot. Pakiet nr 9 siwz. Czy Zamawiający w celu poprawy jakości oferowanego aparatu i diagnostyki w badaniach noworodkowych nie będzie wymagał zaoferowania lub możliwości rozbudowy o opcję bardzo czułego dopplera – „Obrazowanie naczyń narządów mięsnych do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyjniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex i linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Frame rate dla skali < 1cm/sek oraz pola obrazowego min. 2 x 2 cm – min. 55 obr/sek”. Wnosimy o wprowadzenie powyższego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 103. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 65. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice objętościowe typu konweks (min. 2-6 MHz; 192 elementów akustycznych) oraz endowaginalna (3,0-8,8 MHz, min. 160° (FOV) do obrazowania 3D/4D? Pragniemy zauważyć,

że oferowany zakres nie odbiega znaczenie od wymaganego i jest dostosowany do obrazowania dla oferowanego aparatu w celu uzyskania jak najlepszej jakości diagnostycznej otrzymanego obrazu. Pozostanie przy tej wartości jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 104. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 66. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice liniową wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej z liczbą elementów 192? Pragniemy zauważyć, że oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od wymaganej. Pozostanie przy tych wymogach jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 105. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 69. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada wagę aparatu 130 kg. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający nie wymaga aparatu przenośnego, a tym samym różnica wagi nie powinna być parametrem odcinającym. Oferowany aparat wyposażony jest w cztery skrajne koła z możliwością blokowania, a jego przewożenie nie jest w żaden sposób utrudnione. Wymóg nośności stropów w budynkach służby zdrowia wielokrotnie przewyższa wagę oferowanego przez nas aparatu.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 106. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 56. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z „Możliwość rozbudowy o opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET CT oraz funkcja nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target)”. Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target), która nie jest używana w zastosowaniach noworodkowych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 107. dot. Pakiet nr 9 siwz pkt. 56. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z „Możliwość rozbudowy o opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET CT oraz funkcja nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target)”. Czy Zamawiający dopuści aparat bez Fuzji PET/CT, która jest bardzo droga i rzadko używana do badań noworodkowych?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 108. Dotyczy Pakiet nr 13 – zakup wraz z dostawą 1 szt. lodówki na leki do zastosowań medycznych dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Czy Zamawiający dopuści lodówkę na leki o wymiarach zewnętrznych (szer. x wys. x gł.) 620 x 1060 x 650 mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 109. Dotyczy Pakiet nr 13 – zakup wraz z dostawą 1 szt. lodówki na leki do zastosowań medycznych dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przyjazdu serwisu w ciągu max 48 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 110. Dotyczy Pakiet nr 13 – zakup wraz z dostawą 1 szt. lodówki na leki do zastosowań medycznych dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Czy Zamawiający wydłuży maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania do 14 dni wyłączając dni wolne ustawowo od pracy w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 111. Dotyczy Pakiet nr 13 – zakup wraz z dostawą 1 szt. lodówki na leki do zastosowań medycznych dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki nie wymagającego wymiany podzespołów do max 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 112. Pakiet nr 12. Łóżka noworodkowe jezdne - 10 szt.. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko wyposażone w kółka o średnicy 65 mm? Parametr ten odbiega jedynie nieznacznie od wymaganego i nie wpływa negatywnie na funkcjonalność sprzętu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 113. Pakiet nr 12. Łóżka noworodkowe jezdne - 10 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o wymiarach zewnętrznych 950 x 510 x 1000 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 114. Pakiet nr 12. Łóżka noworodkowe jezdne - 10 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z kojcem o wymiarach 750 x 400 x 210 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 115. dotyczą Załącznika nr 2 - Opisy przedmiotów zamówienia poszczególnych pakietów przetargowych. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pkt. 3 – czy Zamawiający dopuści moc oświetlenia 200 W?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 116. Pytania dotyczą Załącznika nr 2 - Opisy przedmiotów zamówienia poszczególnych pakietów przetargowych. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk

do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pkt. 9 – czy Zamawiający będzie wymagał, względnie dopuści urządzenie z sygnałem zegara Apgar po 1 min., 3 min., 5 min., 10 min.? Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane w polskich szpitalach.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 117. Pytania dotyczą Załącznika nr 2 - Opisy przedmiotów zamówienia poszczególnych pakietów przetargowych. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści maksymalną wysokość urządzenia 190 cm? Należy wskazać, że przyjęta wysokość 175 cm jest w warunkach pracy szpitalnej rażąco niska. Wzrost dorosłego człowieka to zazwyczaj 160-180 cm. Zastrzeżenie, aby otwarty inkubator wyposażony w umieszczony na kolumnie ogrzewacz noworodkowy posiadał maksymalnie 175 cm wysokości prowadzi do tego, że czasa ogrzewacza noworodkowego będzie zawieszona na wprost twarzy lekarzy i pielęgniarek go obsługującego, co znacznie utrudni prowadzenie procedur medycznych.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 118. Pytania dotyczą Załącznika nr 2 - Opisy przedmiotów zamówienia poszczególnych pakietów przetargowych. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pkt. 12 - Czy Zamawiający dopuści wymiar leża noworodkowego 75x55 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 119. Pytania dotyczą Załącznika nr 2 - Opisy przedmiotów zamówienia poszczególnych pakietów przetargowych. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pkt. 13 - Czy Zamawiający dopuści wymiar materaca 72x52 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 120. Pytania dotyczą Załącznika nr 2 - Opisy przedmiotów zamówienia poszczególnych pakietów przetargowych. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pkt. 15 - Czy zamawiający dopuści stanowisko z pozycją Trendelenburga -15 stopni do + 15 stopni płynnie regulowaną? Przyjęty parametr maksymalny 10 stopni niepotrzebnie ogranicza możliwości pracy na stanowisku, z praktycznego punktu widzenia zasadne byłoby uzyskanie jak największego przechyłu pozycji Trendelenburga. Jako producent sprzętu oczywiście możemy zaoferować wymagany parametr, jednak doświadczenie zdobyte na rynku podpowiada, że większy przechył poprawia walory użytkowe sprzętu. Wprowadzanie do specyfikacji gorszego parametru i eliminowanie urządzeń oferujących lepszy parametr niż wymagany nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 121. Pytania dotyczą Załącznika nr 2 - Opisy przedmiotów zamówienia poszczególnych pakietów przetargowych. Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 2 szt. stanowisk

do resuscytacji dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. pkt. 22 - Czy Zamawiający dopuści aparat do resuscytacji zintegrowany z kolumną stanowiska a nie wbudowany w kolumnę? Wbudowanie aparatu do resuscytacji w kolumnę stanowiska znacznie ogranicza walory użytkowe tego aparatu pozbawiając Zamawiającego możliwości użytkowania aparatu niezależnie od stanowiska, choćby w zestawieniu z innym sprzętem. Rozwiązanie techniczne oferowane przez Nas ma znacznie lepsze właściwości praktyczne pozwalając na swobodne odłączenie aparatu od stanowiska, co w przypadku awarii aparatu do resuscytacji umożliwi jego odłączenie, natomiast w przypadku aparatu wbudowanego w kolumnę, naprawa resuscytatora wiąże się z wyłączeniem z użytku całego urządzenia.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 122. PAKIET 8 – zakup wraz z dostawą 2 szt. respiratorów dla Oddziału Noworodkowego. Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane respiratory posiadały pomiar kapnometrii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123. Pakiet nr 12. Zakup wraz z dostawą 10 szt. łóżeczek noworodkowych jezdnych. Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści łóżeczko noworodkowe o:

Wykonanie:

- stelaż z rurek stalowych, lakierowanych proszkowo na kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety RAL
- koła o średnicy 65 mm, w tym 4 koła z blokadą
- kojec z przezroczystego tworzywa, wyposażony w tapicerowany materacyk
- wymiary zewnętrzne: 1090x510x950 mm
- wymiary wew. Kojca: 740x390x220 mm

Powyższe wymiary różnią się nieznacznie od wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 124. Pakiet nr 1 – zakup wraz z dostawą 1 szt. inkubatora transportowego dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Dotyczy urządzenia „Kardiomonitor transportowy – 1 szt”. Pytanie do punktu 21. Czy Zamawiający dopuści zintegrowanie zasilanie, akumulatorowe – czas pracy ok. 3h (monitorowanie EKG/oddechu, SpO2, ciśnienie IBP/temperatura, pomiar NIBP co 15 minut)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 125. Pakiet nr 1 – zakup wraz z dostawą 1 szt. inkubatora transportowego dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Dotyczy urządzenia „Kardiomonitor transportowy – 1 szt”. dotyczy punktu 45. Czy Zamawiający dopuści pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Masimo?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 126. Pakiet nr 1 – zakup wraz z dostawą 1 szt. inkubatora transportowego dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Dotyczy urządzenia

„Kardiomonitor transportowy – 1 szt”. dot. punktu 48. Czy Zamawiający dopuści zakres tętna 25-240 bpm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 127. Pakiet nr 1 – zakup wraz z dostawą 1 szt. inkubatora transportowego dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Dotyczy urządzenia „Kardiomonitor transportowy – 1 szt”. do punktu 65. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie czujnika wielorazowego o długości kabla 90 cm przeznaczonego dla pacjentów 1-4 kg oraz 4-15 kg w układzie Y?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 128. Pakiet nr 10 - zakup wraz z dostawą 6 szt. kardiomonitorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie dot punktu. 27 Czy Zamawiający dopuści pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Masimo?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 129. Pakiet nr 10 - zakup wraz z dostawą 6 szt. kardiomonitorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie dot punktu. 30 Czy Zamawiający dopuści stosowanie tylko czujników Masimo?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 130. Pakiet nr 10 - zakup wraz z dostawą 6 szt. kardiomonitorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie. Czy Zamawiający wymaga chociaż w jednym kardiomonitorze pomiaru IBP?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Pytanie 131. Pakiet nr 10 - zakup wraz z dostawą 6 szt. kardiomonitorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie dot punktu. 37 Proszę o sprecyzowanie uchwytu mocującego na kardiomonitor. Czy ma być on umieszczony na ścianie, kolumnie, rurce itp.?

Odpowiedź: Na ścianie.

Pytanie 132. Pakiet nr 10 - zakup wraz z dostawą 6 szt. kardiomonitorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie dot punktu. 38 Czy Zamawiający dopuści wielorazowy, typu „Y” czujnik SpO2 dla noworodków?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 133. Pakiet nr 10 - zakup wraz z dostawą 6 szt. kardiomonitorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie dot punktu. 38 Czy Zamawiający dopuści jeden kabel przedłużkę do czujników Masimo?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 134. Pakiet nr 10 - zakup wraz z dostawą 6 szt. kardiomonitorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Pytanie. Czy Zamawiający oczekuje dodatkowego podglądu z centrali monitorującej w innym pomieszczeniu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dodatkowego podglądu z centrali monitorującej w innym pomieszczeniu. Wykonawca zapewni dodatkowy monitor wraz z niezbędnym podłączeniem.

Pytanie 135. Pakiet nr 6 - zakup wraz z dostawą pulsoksymetru dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Wykonawca zwraca się zapytaniem o dopuszczenie do postępowania, na zasadzie równoważności pulsoksymetru, charakteryzującego się pomiarem SPO2 w technologii Philips-FAST z możliwością obsługi czujników innych renomowanych producentów (Nellcor, Massimo). Pulsoksymetr będzie charakteryzował się poniższymi parametrami z zachowaniem ilości akcesoriów wymaganych przez Zamawiającego:

LP	OPIS PARAMETRU	PARAMETR GRANICZNY - WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
1.	PUSOKSYMETR szt.	TAK, podać typ, model i producenta	
2.	Pulsoksymetr przenośny z wbudowanymi fabrycznie modułami pulsoksymetrii i nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia spełniający standardy bezpieczeństwa EN/IEC 60601-1, EN/IEC 60601-1-2, EN/IEC 60601-2-49.	Tak	
3.	Pulsoksymetr z wbudowaną rączką do przenoszenia.	Tak	
4.	Masa pulsoksymetru: maksymalnie 2 kg (z akumulatorem).	Tak, podać	
5.	Obudowa zabezpieczona przed działaniem płynów.	Tak, podać klasę IP	
6.	Urządzenie odporne na uszkodzenia, spełniające wymogi zawarte w normie ISO 9919.	Tak	
7.	Czytelna prezentacja danych na kolorowym ekranie TFT o przekątnej min 4''.	Tak	
8.	Prosta, intuicyjna obsługa za pomocą pokręteł nawigacyjnego i przycisków szybkiego dostępu.	Tak	
9.	Komunikacja pulsoksymetru z użytkownikiem przez menu w języku polskim z systemem podpowiedzi, informacji, komunikatów.	Tak	

LP	OPIS PARAMETRU	PARAMETR GRANICZNY - WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
10.	Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień dla różnych grup wiekowych pacjentów (noworodki, dzieci, dorośli).	Tak	
11.	Archiwizacja danych.	Tak	
12.	Wyjście USB do przenoszenia danych na zewnętrzną pamięć typu flash. Format zapisu danych powszechnie stosowany w komputerach osobistych: PDF, XML lub XLS.	Tak	
13.	Wewnętrzna pamięć danych min 100 ostatnich badań w tym : - nr/id pacjenta - data i czas badania - zmierzone tętno - zmierzona wartość Spo2 - zmierzone ciśnienia (skurczowe / rozkurczowe / średnie).	Tak	
14.	Możliwość doposażenia w drukarkę termiczną.	Tak	
15.	Komunikacja		
16.	Wbudowany port typu Ethernet z możliwością przesyłania danych w standardzie HL7 do sieci szpitalnej.	Tak	
17.	Możliwość rozbudowy o komunikację bezprzewodową w standardzie IEEE 802.11a/b/g.	Tak	
18.	Alarmy		
19.	Alarmy dźwiękowe o regulowanej głośności oraz wizualne parametrów fizjologicznych oraz alarmy techniczne.	Tak	
20.	Min. 3 poziomy ważności alarmów. System alarmów zgodny z normą IEC 60601-2-49.	Tak	
21.	Możliwość zmiany granic alarmowych dla monitorowanych parametrów.	Tak	
22.	Możliwość stałego oraz czasowego zawieszania alarmów – czas zawieszenia programowany w zakresie min. od 30 do 180 sekund.	Tak	
23.	Zasilanie		
24.	Zasilanie sieciowe 230V 50Hz.	Tak	
25.	Awaryjne zasilanie akumulatorowe na min. 4 godziny monitorowania SpO2 i pomiarów NIBP. Akumulator	Tak	

LP	OPIS PARAMETRU	PARAMETR GRANICZNY - WYMAGAN Y	PARAMETRY OFEROWANE
	bezobsługowy litowo-jonowy lub litowo-polimerowy.		
26.	Wskaźnik naładowania akumulatora widoczny w sposób ciągły na ekranie podczas pracy urządzenia.	Tak	
27.	SpO2		
28.	Zakres pomiarowy minimum 0-100%. Dokładność pomiarowa nie gorsza niż +/- 2% w zakresie 70-100%.	Tak	
29.	Wyświetlane ciągle wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz graficznego wskaźnika perfuzji.	Tak	
30.	Pomiar tętna w zakresie min. 30-300/min.	Tak	
31.	Technologia pomiaru zapewniająca filtrację zakłóceń – Masimo, Nellcor Oximax lub FAST.	Tak, dokument potwierdzający	
32.	Możliwość wyboru przez użytkownika czasu odpowiedzi (uśredniania) pomiaru w celu dopasowania do jakości sygnału (min. 3 wartości do wyboru).	Tak	
33.	Sygnalizacja alarmowa następujących zdarzeń: - sygnał SpO2 zakłócony - awaria czujnika - niska perfuzja - błędny pomiar SpO2.	Tak	
34.	NIBP		
35.	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną zgodny z normą IEC601-2-30.	Tak	
36.	Zakres pomiaru ciśnienia: - skurczowe co najmniej 30-260 mmHg - rozkurczowe co najmniej 10-240 mmHg.	Tak	
37.	Możliwość zaprogramowania wstępnego ciśnienia pompowania mankieta.	Tak	
38.	Pomiar tętna w zakresie min. 40-300/min.	Tak	
39.	Pomiar w trybie ręcznym i automatycznym. Automatyczne	Tak	

LP	OPIS PARAMETRU	PARAMETR GRANICZNY - WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
	opróżnienie mankietu po max. 120 sekundach.		
40.	Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym programowany w zakresie co najmniej od 1 do 120 minut – co najmniej 10 różnych wartości do wyboru.	Tak	
41.	Sygnalizacja alarmowa następujących zdarzeń: - nieszczelność mankietu - zakłócenia pomiaru ciśnienia - zatkany przewód mankietu - zbyt luźny mankiety - zbyt wysokie ciśnienie w mankiecie - wartość ciśnienia poza zakresem pomiarowym - zbyt słaby sygnał.	Tak	
42.	W komplecie przewód oraz mankiety dla odpowiedniej grupy wiekowej.	Tak	
43.	Możliwość rozbudowy o pomiar temperatury.	Tak	
44.	Możliwość wyboru przed dostawą akcesoriów dla dzieci albo noworodków.	Tak	
45.	Warunki gwarancji		
46.	Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.].	Tak	
47.	Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji, min. 1 na rok.	Tak, podać	
48.	Instrukcja obsługi w języku polskim do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia - przy dostawie - oraz dodatkowa instrukcja obsługi w wersji elektronicznej.	Tak	
49.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.	Tak	
50.	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa.	Podać	
51.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego, min. 10 lat.	Tak, podać	

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 136. Pakiet nr 6 - zakup wraz z dostawą pulsoksymetru dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. Czy Zamawiający będzie wymagał aby pulsoksymetr miał możliwość używania czujników różnych producentów : Nellcor Masimo oraz Philips Fast? Dzięki kompatybilności z różnymi czujnikami użytkownik nie jest ograniczony do jednego producenta czujników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z nimi i złożenia oferty przedłuża termin składania i otwarcia ofert jak następuje:

Nowy termin składania ofert: 15.09.2017 roku godzinie 10:00

Nowy termin wniesienia wadium: 15.09.2017 roku godzinie 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 15.09.2017 roku godzinie 10:15


Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr Elżbieta Czerwińska

DZIAŁ ZAMÓWIEN
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA


mgr inż. Joanna Mendocha
st. specjalista

KIEROWNIK
ODDZIAŁU NEONATOLOGII NOWORODKOWO
z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie


mgr Aneta Żolnierczyk
specjalista neonatologii



