

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669

EZ/214/29/2018

Krosno, dn.23.02.2018r.

*Do wszystkich uczestników postępowania
www.krosno.med.pl*

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą aparatu USG.

Dot. PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO

1. dot. pkt 5 Czy Zamawiający dopuści aparat USG o zakresie pracy głowic 2-13MHz?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

2. dot pkt 12

Czy Zamawiający dopuści aparat USG z dyskiem twardym o pojemności 128GB?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

3. dot pkt 13

Czy Zamawiający dopuści aparat USG z 2 portami USB?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

4. dot pkt 20

Czy Zamawiający dopuści aparat USG bez możliwości ustawienia oprogramowania w języku polskim?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

5. dot pkt 22

Czy Zamawiający dopuści aparat USG z nie-wodoodpornym przełącznikiem nożnym?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

6. dot pkt 11

Czy Zamawiający dopuści aparat USG z regulacją bramki Dopplerowskiej 1-16mm?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

7. dot pkt 1

Czy Zamawiający dopuści aparatu USG posiadający możliwość rozbudowy o głowicę liniową pracującą w zakresie częstotliwości min. 4 – 13 MHz?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Z poważaniem:

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Katarzyna Krygowska