

Dotyczy: Konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki obrazowej – rezonansu magnetycznego, realizowanych w pomieszczeniach Zamawiającego - konkurs nr EM/2/2023 z dnia 4.07.2023 r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie informuje, że w dniu 20 lipca 2023 r. do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Oferent nie spełniał wymagań gradientowych, o których mowa w lit. C (badania kardiologiczne i czynnościowe, pkt 3), o których mowa w Zaleceniach Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego wskazanych w rozdziale III pkt 3 Regulaminu, jeśli zapewni wysoką jakość badań kardiologicznych?
2. Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić w jaki sposób należy podać cenę badania za badania AOS wymienione w załączniku nr 3 do Regulaminu (formularz asortymentowo-cenowy)? Czy mają to być uśrednione ceny z katalogu świadczeń NFZ czy też wyszczególnione w formularzu badania AOD dotyczą jakichś konkretnych badań, co do których powinna być wskazana cena?
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby badania w sedacji wymienione w załączniku nr 3 do Regulaminu (formularz asortymentowo-cenowy), w wierszu 11 i 12, były dostępne minimum raz w tygodniu w godzinach od 8:00 do 18:00?
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostępność badań – dla pakietu 2 – wynosiła 7 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00?
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kary umowne, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy na badania, kształtowały się – odpowiednio – na poziomie 5% wartości niezrealizowanych w terminie usług (pkt 1) oraz na poziomie 20% wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi (pkt 2)?
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z umowy na badania §2 ust. 2 z uwagi na jego zbyt ogólny charakter?
7. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy na badania zapisu zezwalającego na potrącenie przez każdą ze stron wierzytelności wynikających z umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych?
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od kary umownej, o której mowa w §3 ust. 15 umowy najmu w przypadku, gdyby wystąpiły okoliczności niezależne od Najemcy wpływające na wydłużenie terminu wykonania prac adaptacyjnych?
9. Czy Zamawiający jest gotów przyjąć zamiast konstrukcji powierzenia przetwarzania danych osobowych konstrukcję wzajemnego udostępniania sobie przez strony danych osobowych pacjentów i personelu w związku z wykonywaniem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, gdyż Zleceniobiorca – jako podmiot wykonujący działalność leczniczą – także jest administratorem danych osobowych pacjentów i personelu w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych (czego wyrazem jest choćby fakt, że Zleceniobiorca zobowiązany jest do wytworzenia, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie informuje, że:

Ad 1) Wyraża zgodę na odstąpienie przez Oferenta od spełnienia wymagań określonych w Zaleceniach Polskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczących minimalnych wymagań dla pracowni rezonansu magnetycznego (MR) do wykonywania poszczególnych typów badań MR, w zakresie rozdziału C. Badania MR kardiologiczne i czynnościowe, pod warunkiem zapewnienia wysokiej jakości w/w badań.

Ad 2) Z uwagi na planowany pięcioletni okres zawarcia umowy oraz brak w chwili prowadzenia postępowania wiedzy na temat przyszłych zmian w zasadach rozliczania przez NFZ badań rezonansu magnetycznego w ramach świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, Zamawiający

proponuje przedstawienie przez Oferenta propozycji cenowej oferowanych badań jednostkowych RM w postaci dodatkowego załącznika do załącznika nr 3 do Regulaminu, obliczenia średniej ceny za 1 badanie, którą należy podać w formularzu ofertowym oraz w formularzu asortymentowo-cenowym. Uśredniona cena będzie podstawą oceny oferty, natomiast ceny jednostkowe w dodatkowym załączniku będą stanowiły załącznik do umowy na badania i będą podstawą wzajemnych rozliczeń.

Ad 3) Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie badań w sedacji wymienionych w zał. nr do Regulaminu minimum raz w tygodniu w godz. od 8:00 do 18:00.

Ad 4) Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie badań objętych pakietem nr 2 w skróconych godzinach tj. od 8:00 do 18:00.

Ad 5) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących kar umownych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy na badania.

Ad 6) Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z umowy na badania zapisu w §2 ust. 2.

Ad 7) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy na badania zapisu zezwalającego na potrącenie przez każdą ze stron wierzytelności wynikających z umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Ad 8) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do umowy najmu poprzez nadanie następującego brzmienia zapisu w §3 ust. 15:

„ Z zastrzeżeniem ust. 16, w przypadku zwłoki **Najemcy** w wykonaniu prac adaptacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 4-13 (wraz z montażem aparatu RM, o którym mowa w ust. 2) oraz nierozpoczęcia świadczenia usług w przedmiocie najmu przez **Najemcę** w terminie określonym w ust. 1, z winy **Najemcy, Najemca** zapłaci **Wynajmującemu** karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). W przypadku, gdy w wyniku niewykonania umowy przez **Najemcę** powstała szkoda przekracza ustanowioną karę umowną **Wynajmujący** może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.”

Ad 9) Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie zaproponowanego przez Oferenta rozwiązania dotyczącego wzajemnego udostępnienia sobie przez strony danych osobowych pacjentów i personelu.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Katarzyna Krygowska

Informację zamieszczono na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 24 lipca 2023 r. oraz przesłano pocztą elektroniczną Pytającemu.