



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA  
EUROPEJSKA



Wojewódzki Szpital Podkarpacki  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA  
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497  
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669

NZ/215/65/2010

Krosno, dn. 12 listopada 2010 r.

*Do wszystkich uczestników postępowania*

*TABLICA OGŁOSZEŃ*

*[www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl)*

**Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu „Modernizacja i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie” , część II nr postępowania NZ/215/65/2010**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który pracuje w oparciu o odczynniki i kalibratory zgrupowane w 3 oddzielanych opakowaniach niezależnie wymienianymi elektrodami? Takie rozwiązanie pozwala na oszczędne wykorzystanie płynów w zależności od zakresu zleconych parametrów, zaś we przypadku przedostania się do systemu skrzepu nie powoduje utraty kompletu odczynników i elektrod. Jednocześnie wymiana odczynnika jak również elektrod, następuje statystycznie rzadziej, w porównaniu do analizatorów kartridżowych ( dłuższe terminy ważności po otwarciu), a gotowość do pracy jest również krótsza niż we wspomnianych systemach.

**Odpowiedź:**

**TAK, Zamawiający dopuści**

*Z poważaniem*  
Krzysztof Jankowski  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie  
*[Podpis]*  
Strona 1 z 1