

WOJEWODZKI SZPITAL PODKARPACKI
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
tel./fax 013 43 78 215, 013 43 78 497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 28 kwietnia 2014 roku

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU

na zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych
Nr postępowania EZ/215/57/2014

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu 4. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie kleju tkankowego z polimeru monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu, który polimeryzuje szybko w kontakcie z płynem tkankowym, tworząc wodoodporną powłokę, która ma dużą wytrzymałość na rozciąganie i mocno trzyma tkanę. Ampułki z przezroczystym gotowym do użytku klejem należy przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 22 stopni. objętość 0,5 ml
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany powyżej klej tkankowy, jednak nie wyraża zgody na zaferowanie kleju tkankowego o objętości 0,5 ml.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwikowski

feh
Lekarz Witold Chajec
SPECJALISTA CHIRURG
6628843

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
mgr inż. Joanna Mendocha
SPECJALISTA