

Krosno, dnia 14.03.2016 roku

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI
im. Jana Pawła II w Krosnie
ul. Korczyńska 57
40-000 Krosno
CENY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAPATRZEŃ
tel./fax 013 43 78 215, 013 43 78 497
e-mail: 684-21-20-222, Regon 000308620

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU
na zakup i dostawę urządzeń do resynchronizacji pracy serca - Nr postępowania
EZ/215/27/2016**

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący CRT-D DF1 i DF4 współpracujący z elektrodami lewokomorowymi IS4 i IS1 z kompletem elektrod (elektrody + 5 ponad ilość urządzeń)

Pytanie 1. Lp. 5. Czy Zamawiający dopuści urządzenia z dostarczaną energią defibrylacji 35J?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2. Lp. 15. Czy Zamawiający dopuści urządzenia z trzema strefami wykrywania arytmii o nazwach VT-1, VT, VF, z możliwością niezależnego programowania każdej z nich?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez funkcji dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona ale z funkcją AGC nominalnie włączoną, dynamicznie dostosowującą czułość zarówno w przedsionku jak i w komorze?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4. Lp. 18. Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości optymalizacji Terapii ATP i wyboru ostatniej skutecznej terapii ATP ale z możliwością manualnego wyboru jednej spośród 4 dostępnych terapii ATP?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5. Lp. 20. Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów, ale z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów co w razie braku konieczności dostarczenia terapii pomaga zaoszczędzić baterię a nieznacznie bo <1,3 sek wydłuża czas do dostarczenia terapii?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6. Lp. 26. Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7. Lp. 27. Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości długoczasowego zapisu interwałów V-V (np. Flash back memory)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8. Lp. 28. Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości zapisu trendów fali P i R powyżej 18 miesięcy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9. Lp. 30. Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez algorytmu automatycznie odnawialnego parametru terapii CRT i pozambulatoryjnie?

Odpowiedź: Nie.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
Im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr Piotr Czerwiński

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr inż. Joanna Mendocha
st. specjalista

A. M. -
19