

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą narzędzi wielorazowego użytku dla Oddziału Otolaryngologii i Otolaryngologii
Dziecięcej
Nr postępowania EZ/214/100/2016**

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Dot. zał. nr 2 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kleszcze uszne typu Lucae, bagnetowe, dł. 14,0 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. Dot. zał. nr 2, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści rurkę o śr. zew. 1,8 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 3. Dotyczy zał. nr 2, poz. 7, Czy Zamawiający dopuści rurkę o śr. zew. 2 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. Dotyczy zał. nr 2 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści rurkę o śr. zew. 4,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5. Zał. nr 2 do zapytania ofertowego, POZ. 5 – 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Rurka ssąca typu Baron, kanciasta, uchwyt zakończony oliwką przy zachowaniu pozostałych opisów.



dr n. med. Tomasz Stapiński
Specjalista otorynolaryngolog
362987

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z powazaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr Piotr Czarwiński