

Krosno, dnia 24 listopada 2016 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK REKONSTRUKCJI
KROSKO
ul. Karłowicza 57
Krosno
DZIAŁ ZAMÓWIENIOWY I ZAKUPÓW
Tel./fax 013 43 78 215, 013 43 78 497
NIP 093191220 REGON 000308600

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
W POSTĘPOWANIU
na zakup wraz z dostawą stymulatorów, elektrod oraz sprzętu jednorazowego do zabiegów
endoskopowych**

Nr postępowania EZ/215/86/2016

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Pakiet 2. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowy, sterylny balon do achalazji w części dystalnej zakończony miękką atraumatyczną końcówką pompowany powietrzem przy pomocy ręcznej pompki z manometrem, ze znacznikami widocznymi w Rtg na obu końcach balona, średnica balona 26, 30, 34mm, długość 8cm, długość robocza 100cm. Zestaw na prowadnik 0,035”.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2. Pakiet 5. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści protezę plastikową do dróg trzustkowych „S- kształtną” o śr. 8,5Fr, dł. 7 i 8cm oraz 7Fr, dł. 7cm.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3. Pakiet 8. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku do endoskopów giętkich, do kanału roboczego 3,2mm, o średnicy łyżeczek 3,0mm, długość robocza do wyboru 180 cm lub 230 cm, z możliwością biopsji stycznej, w osłonce z tworzywa sztucznego, pokrytej substancją hydrofilną, z markerami do oceny odległości, do wyboru z igłą lub bez.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4. dot, Pakietu 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów o długości roboczej 90 cm wprowadzanych po prowadnicy 0,035" ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5. dot. Pakietu nr 3 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na protezy z zagięciem dwunastnicznym

- o średnicy 7FR i odległościami między listkami 12,13,15 i 18 cm,
- o średnicy 8,5 FR i odległościami między listkami 7,9,11,12,13 i 15 cm,
- o średnicy 10FR i odległościami między listkami 7,9 i 11 cm?

pozostałe parametry protez bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6. Czy w przypadku składania oświadczenia o nienależeniu do grupy kapitałowej Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie „w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustaw Pzp”(wykonawcy mogą należeć do różnych grup kapitałowych ale nie należą do grupy kapitałowej z żadnym wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7. Dot. SIWZ, kryterium oceny ofert, formularz ofertowy, projekty umów Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu dostaw cząstkowych, w tym również na cito (par. 3 ust. 2) oraz wymiany towaru (projekty umów par. 4 ust. 2) w dni robocze? (w obecnej sytuacji w przypadku złożenia zamówienia w piątek po południu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar już w poniedziałek.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8. Dot. SIWZ, kryterium oceny ofert, formularz ofertowy, projekty umów (par. 3 ust. 2). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy na cito do 48 godzin w dni robocze (przedmiotem zamówienia są narzędzia endoskopowe, nie leki ratujące życie).

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9. Dotyczy wzorów umów - paragraf 5, ustęp 1.a.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ustępu 1.a na następujący: za zwłokę w dostarczeniu towaru lub wymianie wadliwego towaru na wolny od wad w wysokości 1,5% wartości brutto danego zamówienia (jednak nie mniej niż 20 zł – za każdy dzień zwłoki), jednak nie więcej niż 10% wartości umowy lub

za zwłokę w dostarczeniu towaru lub wymianie wadliwego towaru na wolny od wad w wysokości **0,4%** wartości brutto zamówienia określonego § 1, (jednak nie mniej niż 20 zł – za każdy dzień zwłoki), jednak nie więcej niż 10% wartości umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10. dotyczy projektów umów. Prosimy o potwierdzenie, że każdy pakiet będzie stanowił oddzielną umowę (że ewentualne kary umowne liczone od wartości brutto zamówienia określonego w § 1 to kary naliczane od wartości danego pakietu).

Odpowiedź: Tak, na każdy pakiet będzie zawierana oddzielna umowa.

Pytanie 11. Dot. formularza ofert pkt. III. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje zapisu poprzez dodanie: „z wyjątkiem sytuacji opisanych w projektach umów par. 7 ust. 2”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12. Dot. projektu umowy na komis. Prosimy o potwierdzenie, że projekt tej umowy dotyczy również pakietu 13.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 13. Dot. projektu umowy na komis (par. 3 ust. 11 i 15). Prosimy o liczenie terminów w dni robocze oraz o wydłużenie ich do 7 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14. Pakiet nr 2 – Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, sterylny balon do achalazji o długości 8 cm, długość robocza 100 cm, przewodnik 0,035”.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15. Pakiet nr 8 – Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku o długości roboczej 230 cm.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 16. Pakiet nr 13 – Czy Zamawiający dopuści wielorazowe szczypce chwytające przeznaczone do minimalnego kanału roboczego 2,3 mm oraz długości 180 cm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 17. Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 2 (Dostawa sukcesywna oraz Komis) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Towar nieodpowiadający wymaganiom określonym w SIWZ, zakwestionowany w dostawie przez Zamawiającego podlega reklamacji zgłoszonej faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej, tj. w ciągu 48 godzin licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną, wymiany wadliwego towaru własnym transportem i na własny koszt.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 18. Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 3 (Dostawa sukcesywna oraz Komis). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony towar nie odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 19. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1a i 1b (Dostawa sukcesywna oraz Komis). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 2% na 0,5% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 20. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 5 (Dostawa sukcesywna oraz Komis). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217), pod rygorem nieważności takiej czynności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 21. Dotyczy zapisów umowy § 6 (Dostawa sukcesywna oraz Komis). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 22. Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 5 – Komis. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W wypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawcy należy się jedynie część wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, w stosunku przypadającym do ilości towaru wynikającego z zamówienia podstawowego (70% wynagrodzenia, o którym mowa w § 1).”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 23. Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 1 i 3 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu np. 1 A w celu złożenia oferty konkurencyjnej ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 24. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1.: Czy Zamawiający w ramach poz. nr 1 zgodzi się na zaoferowanie stentu o średnicy 10 mm i długościach odpowiednio: 4 cm, 6 cm, 8 cm i 10 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 25. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 3: Czy Zamawiający w ramach poz. nr 3 zgodzi się na zaoferowanie stentu o średnicach 20 – 24 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 26. Dotyczy pakietu nr 2: Czy Zamawiający w celu poprawy konkurencyjności zgodzi się na zaoferowanie jednorazowego, sterylnego balonu do achalazji o długości 8 cm i długości roboczej 100 cm ? Pozostałe parametry w 100 % zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 27. Dotyczy pakietu nr 4, poz. 4: Czy Zamawiający w celu poprawy konkurencyjności zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji nr 4 i 5 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu np. 4 A w celu złożenia oferty konkurencyjnej na szczotki wielorazowe ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 28. Dotyczy pakietu nr 8: Czy Zamawiający w celu poprawy konkurencyjności zgodzi się na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych o długości 230 cm bez igły ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 29. Dotyczy pakietu nr 11: Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie pompujące do balonów średnio i wysoko ciśnieniowych posiadało manometr oraz giętkim drenem

przyłączeniowym zakończonym portem LUER i miało zakres ciśnienia między 0 – 440 PSI ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 30. Dotyczy pakietu nr 12: Czy Zamawiający wymaga aby protezy do dróg żółciowych posiadały w opakowaniu plastikowy pozycjoner pozwalający na zachowanie sterylności w/w protezy podczas jej zakładania na zestaw, oraz opakowanie w/w protezy posiadało min. 4 naklejki pozwalające na swobodne prowadzenie ewidencji ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 31. Dotyczy Pakiet 9 . Czy Zamawiający wymaga testów suchych, czy mokrych?

Odpowiedź: Suchych.

Pytanie 32. Dotyczy Pakiet 9. Czy Zamawiający wymaga aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem, wyposażonym w specjalny ogranicznik zabezpieczający przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 33. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1 a) : Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w § 5 w sposób następujący: Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: za zwłokę w dostarczeniu towaru lub wymianie wadliwego towaru na wolny od wad w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 34. Czy w pakiecie nr 12 pozycja 1 zamawiający dopuści protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego zagięte na obu końcach typu pigtail śr. 7Fr dł 5cm i 7 cm; śr. 10Fr dł 5cm i 7cm lub 10 cm?

Odpowiedź: 7Fr - nie, 10 Fr – tak.

Pytanie 35. Czy w pakiecie nr 10 pozycja 1 zamawiający dopuści zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii rozmiar 20Ch?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 36. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do opaskowania żyłaków przetyku z nasadką w rozmiarze: 8,6-11,3mm, 9,5-13mm i 11-14 mm.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 37. Pakiet nr 6. Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, sterylnych zestawów do zakładania gastrostomii 20Fr Fr metodą endoskopową „ciągnij,” przezroczysty silikonowy cewnik, od końca dystalnego podziałka co 2 cm na długości 10 cm, śr.wew.4,47 mm. W skład zestawu wchodzi tacka z akcesoriami: przewodnik do przeciągania cewnika 150 cm, pętla do przeciągania zestawu, igła typu trokar, nożyczki, skalpel, nasadki do karmienia, serweta do obłożenia pola zabiegowego, gaziki bez otworu.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 zestawu do przezskórnej endoskopowej gastrostomii **Freka PEG-Set Gastral FR/CH 20** – zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany przezskórnie metodą endoskopową, wykonany z poliuretanu, o długości 35 cm, średnicy zewnętrznej 6,6 mm, średnicy wewnętrznej 5,0 mm, ze znacznikiem RTG? Zestaw zawiera następujące elementy:

- pętla mocująca zatopiona w stożku proksymalnym,
- pasek nieprzepuszczalny dla promieniowania rentgenowskiego,
- znaczniki odległości rozmieszczone na długości 2–16 cm co 2 cm,
- silikonowa płytki mocująca, nieprzepuszczalna dla promieniowania rentgenowskiego,
- zaokrąglony otwór dystalny,
- elementy dodatkowe: jednorazowy skalpel, kaniuła punkcyjna z zaworem bezpieczeństwa (powietrznym), szpula podwójnej nici, końcówka wprowadzająca, zewnętrzna silikonowa płytki mocująca, nieprzepuszczalna dla promieniowania rentgenowskiego, zacisk zgłębnika, łącznik ENFit, w którego skład wchodzi: śruba mocująca, złącze ENFit.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 39. Pakiet nr 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonu o długości 8 cm, długość robocza 100 cm, zestaw na przewodnik 0,035”, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 40. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 1 i 2 Pakietu nr 4 i zaoferowanie klipsów o długości ramion w zakresie 7,5 mm – 9 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 41. Pakiet nr 6. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 2 Pakietu nr 6, parametry zestawów zgodne z opisem.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 42. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 43. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,3 mm

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 44. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec pokrytych tworzywem sztucznym ułatwiającym ich przemieszczanie w kanale roboczym endoskopu

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 45. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec bez znaczników do oceny odległości.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 46. Pakiet nr 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu PEG z cewnikiem o średnicy 20Fr, średnica wewnętrzna 4,8 mm, długość cewnika 60 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.


Odpowiedź: Nie.

Nowy termin składania ofert: 1 grudnia 2016 roku godzina 10:00

Nowy termin wyniesienia wadium: 1 grudnia 2016 roku godzina 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 1 grudnia 2016 roku godzina 10:15

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA POWIATOWEGO
Im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr. Piotr Czerwiński

DZIAŁ ZAMÓWIENI
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
mgr inż. J. Mendocha
specjalista

Beata Kosińska

Lekarz Witold Chajec
SPECJALISTA CHIRURG
5628843

