

Krosno
 ul. Krasna 57
 38-100 Krosno
 tel. 015 8378 497
 fax 015 8378 497

Do wszystkich uczestników postępowania
www.krosno.med.pl

**Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej/odrzuconiu oferty o zamówienie publiczne
 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą sprzętu
 jednorazowego do zabiegów endoskopowych**

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu złożonej przez Wykonawcę:

Pakiet nr 5 – Olympus Polska sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

Pakiet nr 13 - Olympus Polska sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

2. Zestawienie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przedstawia się następująco:

Pakiet nr 5	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień
OLYMPUS Polska sp. z o.o. Ul. Suwak 3 02-676 Warszawa	8 294, 40 zł – 60 pkt Termin realizacji: 72 godziny – 0 pkt Łącznie: 60 pkt

Pakiet nr 13	
Wykonawca	Wartość brutto, termin realizacji zamówień
OLYMPUS Polska sp. z o.o. Ul. Suwak 3 02-676 Warszawa	7 992, 00 zł – 60 pkt Termin realizacji: 72 godziny – 0 pkt Łącznie: 60 pkt

Uzasadnienie wyboru w zakresie powyższych pakietów przetargowych: cena 60%, termin realizacji zamówień cząstkowych: 40%

3. W zakresie pakietu nr 5 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy **Plus sp. z o.o., Sonologic sp. k., ul. Kresowa 7a, 22-400 Zamość** na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienie w pakiecie nr 5 były protezy plastikowe dróg trzustkowych „s-kształtne” w 3 rozmiarach opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. W trakcie oceny ofert stwierdzono, że wykonawca w zakresie pakietu nr 5 zaoferował protezy plastikowe Micro Tech o numerach katalogowych: Poz. 1 – BPDS-35114-0807/22, Poz. 2 - BPDS-35114-0808/22, Poz. 3 - BPDS-35114-0707/22. Na potwierdzenie spełniania przez w/w protezy

z pakietu nr 5 wymagań Zamawiającego, Wykonawca dołączył kartę katalogową (str. 10 oferty) w języku angielskim. Zamawiający zaś w rozdziale IX SIWZ wymagał, aby dokumenty w języku obcym były złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W związku z powyższym Wykonawca pismem z dnia 9 grudnia 2016 roku został wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do uzupełnienia tych dokumentów w języku polskim czego w wymaganym terminie tj. do dnia 13 grudnia 2016 roku nie dokonał w związku z czym należy postanowić jak we wstępie.

4. W zakresie pakietu nr 13 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy **VARIMED sp.z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław** na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Uzasadnienie faktyczne: przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 13 były wielorazowe szczypce chwytające pokryte warstwą izolacyjną. W trakcie oceny oferty Zamawiający stwierdził, iż w dołączonych do oferty kartach katalogowych nie ma informacji dotyczącej pokrycia przedmiotu zamówienia warstwą izolacyjną wobec czego Zamawiający pismem z dnia 9 grudnia 2016 roku zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie tej kwestii. W dniu 13 grudnia 2016 roku Wykonawca przysłał Zamawiającemu wyjaśnienie, iż zaoferowane wielorazowe szczypce do usuwania ciał obcych EndoFlex o numerze katalogowym K 06 22-B posiadają spiralną osłonkę polerowaną na odcinku dystalnym, dodatkowo rękojeść jest trwale połączona z cewnikiem szczypiec za pomocą gumowego przegubu – w/w szczypce nie posiadają osłonki wykonanej z tworzywa sztucznego. Z powyższego wynika, iż szczypce te nie spełniają wymagań Zamawiającego w związku z czym należy postanowić jak we wstępie.

5. Zamawiający informuje Wykonawców, iż w zakresie pakietu nr 2 trwają dalsze prace nad oceną ofert i Wykonawcy o ich wyniku zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.
6. Jednocześnie na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 Pzp informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp tj. faksem lub drogą elektroniczną, z tym zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej jeżeli w postępowaniu udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedna ofertę oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma z potwierdzeniem jego czytelności i kompletności, korzystając z przekazanego Państwu wraz z pismem druku – wzorca potwierdzenia na nr faksu 13 43 78 497 lub e-mailem na adres: sezam.szpital@krosno.med.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.