

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

EZ/214/100/2017

Krosno, dnia 18.12.2017

Do wszystkich uczestników postępowania
(www.krosno.med.pl)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA
WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU
na zakup i dostawę testów immunochromatograficznych do oznaczania antygenów
Norowirusa oraz wirusa Grupy A i B**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści testy do wykrywania antygenów wirusa grypy w wymazach z nosa, gardzieli i nosogardzieli oraz w aspiratach z nosa i nosogardzieli?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści testy producenta posiadającego certyfikat ISO 13485? ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące **wyrobów medycznych**, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 84,1% i swoistości 96,1% dla norowirusa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZASTĘPCA DYREKTORA
USŁUG EKONOMICZNYCH
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie
[Podpis]
mgr inż. Piotr Czerwiński

11

2

3

4

5

6

7