

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA  
Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497  
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669

Krosno, 13 marca 2018r.

*Do wszystkich uczestników postępowania*  
[www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl)

**Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego nr postępowania EZ/215/21/2018.**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **PAKIET 6**

##### **Pytanie 1**

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie w pakiecie 6 poz. 1 zestawu do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowego 5F/20cm

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

#### **PAKIET 8**

##### **Pytanie 1 Pakiet 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania ceny za op. A'200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

##### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający w pakiecie numer 8 ma na myśli nakłuwacze bezpieczne charakteryzujące się tym, że metalowe ostrze nakłuwacza po jednorazowym użyciu chowa się do obudowy nakłuwacza uniemożliwiając jego powtórne użycie?

**Odpowiedź: Tak**

##### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 8 w pozycji pierwszej (bez numeru w kolumnie L.p.) nakłuwacze igłowe (bezpieczne) jałowe o głębokości nakłucia 1,8mm i jednym rozmiarze średnicy wynoszącym 0,81mm (21G)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

##### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 8 w pozycji drugiej (oznaczonej numerem 1 w kolumnie L.p.) nakłuwacze igłowe (bezpieczne) jałowe o głębokości nakłucia 2,4mm i jednym rozmiarze średnicy wynoszącym 0,81mm (21G)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

## **PAKIET 9**

Pytanie 1 Pakiet nr 9 Poz.3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 144 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe**

Pytanie 2 Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90 sztuk z przeliczeniem do 84 pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe**

Pytanie 3 Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy w opakowaniu a'50 sztuk z przeliczeniem do 36 pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe**

Pytanie 4 Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek do USG w opakowaniu a'144 sztuki z przeliczeniem do 21 pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe**

## **PAKIET 10**

**Pytanie 1 PAKIET nr 10 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zamykania ran, w którym serweta bez otworu ma wym. 45x75cm zamiast 56x60cm oraz 1 x Peha-instrument nożyczki chirurgiczne Metzenbaum 14,5 cm zagięte tępo tępe zamiast ostro-tępnych 14 cm, pozostałe parametry spełnione, opakowanie dodatkowe: papier krepowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 2 Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Peana prostego 12,5 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 3 Pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek ostro-tępnych 14,5 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

## **PAKIET 13 UWAGA MODYFIKACJA I ZMIANA ILOSCI W POZ. 1, 3**

Pytanie 1 EZ/215/21/2018 pakiet 13 pozycja 5 termin składania ofert: 12.03.2018

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z

nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przyklepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.**

Pytanie 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.**

Pytanie 3 Ad Zadanie 13:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5-8 z powyższego zadania. Prośbę swoją motywujemy tym, że obecnie w tym zadaniu może wystąpić tylko jedna firma BRAUN. Chcemy zaproponować rozwiązania co najmniej równoważne z jakością opisanych cewników a nawet przewyższające opisane parametry.

Prosimy również tym samym o dopuszczenie znane i cenione przez specjalistów z wysokiej jakości produkty firmy ARROW:

W pozycji 6 Cewnik do żył centralnych dwuświatłowy F8 (14/14) dł. 20 cm zawiera min. igłę 6,35 cm wraz ze strzykawką typu Seldingera z otworem w tłoku, igłowe zastawki na końcach dreników, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia nitinolowego o długości 60 cm, przy spełnieniu wszystkich innych parametrów;

W pozycji 7 Cewnik do żył centralnych trzyświatłowy F7 (16/18/18) dł. 20 cm, zawiera min. igłę 6,35 cm wraz ze strzykawką typu Seldingera z otworem w tłoku, igłowe zastawki na końcach dreników, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia nitinolowego o dł. 60 cm, przy spełnieniu wszystkich innych parametrów;

**Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycje 5-8 i tworzy Pakiet 13A. Zamawiający dopuszcza parametry w pozycji 6 i 7.**

Pytanie 4 Zwracamy się pytaniem do Zamawiającego, czy nie zaszła omyłka pisarska i w pakiecie nr 13, w pozycji nr 4, Zamawiający wymaga igły do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem Quincke o długości 88mm, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego.**

Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonej prowadnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.**

Pytanie 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu nr 13 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.**

## **PAKIET 14**

### **Pytanie 1 Pakiet 2 Poz.1**

Czy zamawiający dopuści fartuch typu przedniak w kolorze białym wykonany z polietylenu, odporny na płyny - chroni odzież przed rozpryskami płynów, tłuszczu, olejów czy zanieczyszczeń, pełne cięcie, wysoki karczek w celu zapewnienia pełnej ochrony, dokładne wycięcie przy szyi ułatwia zakładanie, wiązanie w talii na odpowiedniej wysokości zapewnia szczelność fartucha, długość umożliwia stosowanie fartucha nawet przez osoby o większych gabarytach, wygodne opakowanie ułatwia wyjmowanie pojedynczych fartuchów, fartuch o grubości 16 mikronów, fartuch spełnia normy i wytyczne PPE Kategoria I (Artykuł 8.3) - zapobieganie narażaniu użytkownika na temperaturę nieprzekraczającą 50°C lub niebezpieczny kontakt, wolny od latexu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 2** Czy zamawiający dopuści fartuch pakowany w opakowanie foliowe po 100 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 3** Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

## **PAKIET 15**

### **Pytanie 1 Pakiet 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy.

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.**

## **PAKIET 16**

### **Pytanie 1 PAKIET nr 16 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłony na kończyne 25 x 80 cm pakowanej a'30szt. Lub

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.**

**Pytanie 2** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłony na kończyne z taśmą samoprzylepną o wym. 25 x 80cm pakowanej a'28szt?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.**

Pytanie 3 Pakiet 16

Prosimy o dopuszczenie elastycznej osłony na kończynę w rozmiarze 91x23 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

### **PAKIET 17**

Pytanie 1 **PAKIET nr 17 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczuleń podpajęczynówkowych w składzie:

- 1 x serweta 2-warstwowa o wym. 60 x 75 cm z otworem przylepnym 10 x 10 cm i paskiem kleju na jednym boku
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x opatrunek przylepny 5 x 7,2 cm

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodne z zapisem SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Pytanie 2 Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 3 Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z etykietą typu TAG zawierającą 2szt. samoprzylepnych etykiet o następującym składzie:

L.p.	Zawartość pakietu	Ilość
1	Serweta operacyjna 50cmx70cm 2-warstwowa	1 szt.
2	Serweta operacyjna 50cmx75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm	1 szt.
3	Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cmx7,2cm	1 szt.
4	Igła iniekcyjna j.u. (1,2 x 40)	1 szt.
5	Igła iniekcyjna j.u. (0,5 x 25)	1 szt.
6	Kompres gazowy 17N 8W 7,5cmx7,5cm	10 szt.
7	Pęseta plastikowa (PP) j.u. niebieska, dł. 13cm	1 szt.
8	Strzykawką j.u. trzyczęściowa 5ml Luer	1 szt.
9	Strzykawką j.u. trzyczęściowa 2ml Luer	1 szt.

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy  
Sterylizacja: w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1  
Zestawiający: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "TOMEL-TD"

Tomaszów Mazowiecki Podleśna 65B

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.**

Pytanie 4 Pakiet 17, Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta włókninowa TF 60x70 cm

serweta 80x60 z otworem o śr. 5 cm

kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe 7,5x7,5 - 10 sztuk

strzykawka plastikowa luer 2 ml

strzykawka plastikowa luer 5 ml

igła iniekcyjna 1,2x40 mm

igła iniekcyjna 0,5x25 mm

opatrunek włókninowy 5x7,2 cm

pęseta plastikowa 13 cm

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**PAKIET 18 UWAGA MODYFIKACJA**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu zadania nr 1 z Pakietu nr 18 zawierającego test od wykrywania płynu owodniowego Amnicator?

Uzasadnienie:

Jesteśmy wyłącznym dostawcą testu Amnicator, który dostarczaliśmy do Zamawiającego. Pozostałe pozycje w Pakiecie Nr 18 nie są testami diagnostycznymi i nie mają żadnego związku z testem Amnicator. W dostawie testów do wykrywania płynu owodniowego specjalizują się dystrybutorzy, którzy zajmują się kompleksowo diagnostyką laboratoryjną a testami w kierunku wykrywania wód płodowych w szczególności. Wydzielenie ich umożliwi złożenie oferty tym firmom, a Zamawiającemu uzyskanie właściwego testu po najniższej cenie.

**Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycję 1 i tworzy Pakiet 18A.**

**Pytanie 2 Pakiet 18**

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 18 pozycji nr 4-6 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 18A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycję 4-6 i tworzy Pakiet 18B.**

**Pytanie 3** Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**PAKIET 19**

**Pytanie 1 PAKIET nr 19 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu w składzie:

1 x kleszczyki jednorazowe do usuwania zszywek staplera

4 x ES kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw 17 nitek

2 x Peha-soft nitrile fino rękawica nitrylowa bezpydrowa M?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 2** Pakiet 19. Czy zamawiający dopuści Zestaw do usuwania staplerów

Kompresy gazowe 17N,	7,5x7,5cm	4
----------------------	-----------	---

8W 7,5x7,5cm		
Rękawice nitrylowe bezpudrowe	M	2
Narzędzie do usuwania staplerów	11 cm (+/- 0,3)	1

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

### **PAKIET 23**

Pytanie 1 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 23 poz. 1 Kleszczy jednorazowych do pobierania materiału do badań histopatologicznych średnica 1,8mm, długość 1000mm, z igłą lub bez igły – do wyboru przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 2 uprzejmie prosimy o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 23 przetargu EZ/215/21/2018: jaki produkt medyczny Zamawiający określa mianem „biopsy” czy w podanym rozmiarze nie nastąpiła pomyłka co do długości: 1200mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający precyzuje zapis: Kleszcze jednorazowego użytku do pobierania materiału do badań HP przy wykonywaniu bronchoskopii, średnica 1,8 mm; długość 1200mm**

### **PAKIET 24 UWAGA MODYFIKACJA**

Pytanie 1 Pakiet 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki o wymiarach 20x12 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 2 Pakiet 24, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 3 Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

**Odpowiedź: TAK**

Pytanie 4 Pakiet 24, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym), posiadały karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby preparat zastosowany w myjkach był wyrobem kosmetycznym. Pozostałe zapisy Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 5 Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 24 pozycji nr 1 , stworzenie osobnego pakietu oraz dopuszczenie myjki z następującym opisem:

Jednorazowa myjka do codziennej higieny pacjenta w szpitalu.

Nasączona preparatem myjącym, nieuczulającym, miękka w dotyku. Wymiary 20-25 cm x 12x18cm; grubość nie mniejsza niż 0,5 cm; wykonana z włókniny o gram. 100g/m<sup>2</sup>. Opakowanie handlowe 24 szt. Myjka uwalnia swe higieniczne właściwości już przy kontakcie z niewielką ilością wody. Żel myjący zawarty w myjkach jest zarejestrowany zgodnie z aktualną ustawą o wyrobach kosmetycznych 1223/2009/WE na potwierdzenie raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego. Instrukcja użytkowania w języku Polskim.

**Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycję 1 i tworzy Pakiet 24A.**

Pytanie 6 Czy zamawiający w celu zapewnienia najwyższej jakości myjek wymaga aby żel zawarty w myjkach (pakiet 24 poz nr 1 ) był zarejestrowany zgodnie z aktualną ustawą o wyrobach kosmetycznych 1223/2009/WE na potwierdzenie raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego. Instrukcja użytkowania w języku Polskim.

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 7 Czy zamawiający wyrazi zgodę na aby w pakiecie nr 24 poz 1 zaoferować myjki w przeliczeniu na opakowania handlowe 24 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 8 Pakiet 24 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej myjki do codziennej higieny pacjenta w szpitalu. Nasączona preparatem myjącym, nieuczulającym, miękka w dotyku. Wymiary 16,5 x 23 cm; grubość 3 mm; waga 6 g, gramatura myjki min. 90g/m<sup>2</sup> Myjka uwalnia swe higieniczne właściwości już przy kontakcie z niewielką ilością wody.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych zapisów.**

Pytanie 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania ceny za op. A'20szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 10 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej myjki do codziennej higieny pacjenta w szpitalu. Nasączona preparatem myjącym, nieuczulającym, miękka w dotyku. Wymiary 16,5 x 23 cm; grubość 3 mm; waga 6 g, gramatura myjki min. 90g/m<sup>2</sup> Myjka uwalnia swe higieniczne właściwości już przy kontakcie z niewielką ilością wody. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz.2 z pakietu 24 co umożliwi na złożenie korzystnej ofert przez większą liczbę wykonawców

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wydziela pozycję 1 i tworzy Pakiet 24A.**

Pytanie 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania ceny za op. A'20szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 12** Pakiet 24, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści myjki na 23% stawce VAT?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 13 Pakiet 24, pozycja 1



Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała o rozmiarze 20cm x 20cm, Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 14 Pakiet 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 12 x 20cm pakowaną a'20szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 15 Pakiet 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Pakowana a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

## **PAKIET 25**

**Pytanie 1 Pakiet nr 25**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane pojemniki biopsyjne posiadały datę ważności minimum do końca października 2019?

**Odpowiedź: Każde zamówienie musi spełniać warunek, że asortyment posiada datę ważności co najmniej 6 miesięcy od daty zamówienia. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

## **PAKIET 26**

Pytanie 1 Pakiet 26 Poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca takiego jak obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce wyposażonego w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera również port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 2 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga wymiennych worków kompatybilnych z obecnie stosowanym przez Państwa placówkę zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, worki o pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.1 wysokiej klasy systemu do kontrolowanej zbiórki stolca, o niżej wymienionych parametrach: System do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu oraz filtra/ wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawką 3-częściową z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny, instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.2 jednorazowych worków, kompatybilnych z zestawem z poz.1 o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu oraz filtra dezodoryzującego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

#### **PAKIET 27**

**Pytanie 1 Dotyczy Załącznik nr 2 - pakiet nr 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę stolików oddziałowych w terminie do 5 tygodni od daty złożenia zamówienia? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostaw sukcesywnych na stoliki oddziałowe? Sukcesywne dostawy znacznie podniosą wartość oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.**

Pytanie 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stoliki oddziałowe z 12 miesięczną gwarancją?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 4 Czy Zamawiający w pakiecie nr 27 poz. 1 dopuści stół oddziałowy o wymiarach całkowitych 750x480x880 mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 5 Czy Zamawiający w pakiecie nr 27 poz. 3 dopuści stół oddziałowy z 1 blatem z KO i 2 kuwetami, wymiarach powierzchni użytkowej blatu 305x288x17 mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

#### **PAKIET 28 UWAGA MODYFIKACJA**

**Pytanie 1 PAKIET nr 28 Pozycja 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 28 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycje 4 i tworzy Pakiet 28A.**

### **Pytanie 2 Pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania sterylnej igły kulkowej, jednorazowego użytku o wym. 1,20 x 81 mm 18G?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

## **PAKIET 29**

### **Pytanie 1**

Zadanie nr 29

- 1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nefrostomia 2-stopniowa zawierająca cewnik typ Pigtail, igła punkcyjna , prowadnica Lunderquista. Rozmiary 8F , 10F.
- 2/ Czy Zamawiający oczekuje aby cewnik posiadał balon 2ml?
- 3/ Czy Zamawiający oczekuje aby cewnik w dystalnej części był pokryty hydrożelem?
- 4/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do nefrostomii zawierający: igłę typu Chiba 18G, prowadnicę Seldingera 0.038", zestaw rozszerzań w zależności od rozmiaru, cewnik typu pigtail z materiału dwuwarstwowego , innego niż poliuretan, miękkiego na zewnątrz - atraumatycznego dla pacjenta i sztywnego wewnątrz - zabezpieczającego przed załamaniem cewnika, obrotowy łącznik do worka i silikonowa tulejka do mocowania cewnik do skóry.

---

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.**

**Pytanie 2** Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 29 zestawu do nefrostomii metodą jednostopniową zawierający igłę trzyczęściową do punkcji z końcówką widoczną w USG i RTG, cewnik Pigtail odporny na załamania w rozmiarach 9Fx30cm; 12Fx30cm; dysk mocujący cewnik do skóry; łącznik do worka na mocz.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz i odpowiedziami.**

### **Pytanie 1**

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na podstawie zamówienia w ciągu ..... (max. 72 godzin) od złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu szpitalna dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 2**

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Towar nieodpowiadający wymaganiom określonym w SIWZ, zakwestionowany w dostawie przez **Zamawiającego** podlega reklamacji zgłoszonej faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie. W takim przypadku **Wykonawca** zobowiązuje się do niezwłocznej, tj. w ciągu 48 godzin w dni robocze licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną, wymiany wadliwego towaru własnym transportem i na własny koszt.”

**Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.**

**Pytanie 3**

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku dwukrotnego niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający może odstąpić od niewykonanej części umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

**Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.**

**Pytanie 5**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1a i 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

**Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.**

**Pytanie 6**

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217), pod rygorem nieważności takiej czynności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.**

**Pytanie 7**

Dotyczy zapisów umowy § 6 (Dostawa sukcesywna oraz Komis)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze.”

**Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.**

**Pytanie 8 Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 9 Ad par. 3 ust. 2 wzoru umowy

Prosimy o wyznaczenie terminu dostawy na 3 dni robocze, szczególnie, że siedziba Zamawiającego znajduje się w lokalizacji nie obsługiwanej przez firmy kurierskie w pierwszej kolejności.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 10 Ad par. 3 ust. 4 i 5 wzoru umowy

Prosimy o odstąpienie od ww. zapisu. Prośbę motywujemy tym, że posiadamy magazyny w dwóch różnych lokalizacjach i dostarczenie wszystkich zamówionych produktów w jednej dostawie może być niemożliwe.

**Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.**

Pytanie 11 Ad par. 5 ust. 1a) wzoru umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości nie dostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar, a także o odstąpienie od wymogu by kara wynosiła minimum 50 zł. Jeśli Zamawiający złoży zamówienie o niewielkiej wartości, kara 50 zł może stanowić jego 50% lub więcej.

**Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.**


Pytanie 12 Ad par. 5 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy:

*Naliczenie kary odbywa się poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem.*

**Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.**

Zamawiający modyfikuje następujące Pakiety: 13, 18, 24, 28.

Z poważaniem  
  
p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. EKONOMICZNYCH  
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie  
mgr Katarzyna Krygowska