

Krosno, 24 marca 2025 r.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT NR
EM/1/2025 r. część VII**

**Dotyczy: Konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
diagnostycznych badań radiologicznych (RTG i TK) w systemie teleradiologii – konkurs
nr EM/1/2025 z dnia 12 marca 2025 r.**

W związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 19.03.2025 r. o treści „Jakiej integracji wymaga Udzielający zamówienia DICOM czy HL7?”

Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź i informuje, że wymagana jest integracja HL7.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNYCH**
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr Katarzyna Krygowska